

ΠΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

E-mail: diabouleysi@agandreashosp.gr

24 Ιουνίου 2021

ΘΕΜΑ: Υποβολή παρατηρήσεων στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «Αναλωσίμων υλικών Ουρολογικής Κλινικής»

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της Α' Ανάρτησής σας για τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Αναλωσίμων υλικών Ουρολογικής Κλινικής» και με γνώμονα τόσο την εξασφάλιση υλικών βέλτιστης ποιότητας όσο και την κάλυψη μεγαλύτερου εύρους αναγκών του νοσοκομείου σας, σας παραθέτουμε ακολούθως τις προτάσεις μας σχετικά με τις τροποποιήσεις των προς διαβούλευση προδιαγραφών ή τις προσθήκες σε αυτές.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προτείνουμε να τροποποιηθούν ως εξής οι ακόλουθοι Α/Α (οι τροποποιήσεις επισημαίνονται με **bold**):

A/A 1. Ουρητηρικά stent διπλής θηλιάς, κατασκευασμένα από πολυμερές **θερμοπλαστικό** βιοσυμβατό υλικό **διπλής δομής, εσωτερικά σκληρό για εύκολη εισαγωγή και εξωτερικά μαλακό για άνεση στον ασθενή με ή χωρίς υδρόφιλη επικάλυψη.** Να φέρουν ακτινοσκοπικές ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 5 cm. Να προσφέρονται σε σετ με προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του rigtail, μήκους 40 cm και οδηγό σύρμα από PTFE 0,035" μήκους 150 cm. Η διάρκεια παραμονής τους να είναι 12 μήνες επικυρωμένη από επίσημα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας. Ανοικτού – κλειστού άκρου. Διάμετρος 4,8 και μήκος 24. Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.

A/A 2. Ουρητηρικά stent διπλής θηλιάς, κατασκευασμένα από πολυμερές **θερμοπλαστικό** βιοσυμβατό υλικό **διπλής δομής, εσωτερικά σκληρό για εύκολη εισαγωγή και εξωτερικά μαλακό για άνεση στον ασθενή με ή χωρίς υδρόφιλη επικάλυψη.** Να φέρουν ακτινοσκοπικές ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 5 cm. Να προσφέρονται σε σετ με προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του rigtail, μήκους 40 cm και οδηγό σύρμα από PTFE 0,035" μήκους 150 cm. Η διάρκεια παραμονής τους να είναι 12 μήνες επικυρωμένη από επίσημα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας. Ανοικτού – κλειστού άκρου. Διάμετρος 4,8 και μήκος 26. Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.

ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

Γκιώνας 1Α
Τ.Κ. 14451 Μεταμόρφωση
Τ: 210 20 20 232
Φ: 210 20 20 775
E: info@mavrogenis.com
www.coloplast.gr
www.amoena.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14ο χλμ. Θεσ/κης-Ν. Μουδανιών
Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Τ.Θ. 60688
Τ: 2310 420 302
Φ: 2310 472 155
E: thessaloniki@mavrogenis.com

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

Αρέθα 89
Τ.Κ. 26443 Πάτρα
Τ1: 2610 462 070,
Τ2: 2610 435 075
Φ: 2610 462 071
E: patra@mavrogenis.com

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Καποδιστρίου 2
Τ.Κ. 41222 Λάρισα
Τ: 2410 672 902
Φ: 2410 625 079
E: larisa@mavrogenis.com

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ετεοκρητών & Λυκείου 50
Κορώνη Μαγαρά
Τ.Κ. 71305 Ηράκλειο
Τ: 2810 280 310
Φ: 2810 280 310
E: iraklio@mavrogenis.com



A/A 3. Ουρητηρικά stent διπλής θηλιάς, κατασκευασμένα από πολυμερές **θερμοπλαστικό** βιοσυμβατό υλικό **διπλής δομής, εσωτερικά σκληρό για εύκολη εισαγωγή και εξωτερικά μαλακό για άνεση στον ασθενή με ή χωρίς υδρόφιλη** επικάλυψη. Να φέρουν ακτινοσκοπικές ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 5 cm. Να προσφέρονται σε σετ με προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του rigtail, μήκους 40 cm και οδηγό σύρμα από PTFE 0,035" μήκους 150 cm. Η διάρκεια παραμονής τους να είναι 12 μήνες επικυρωμένη από επίσημα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας. Ανοικτού – κλειστού άκρου. Διάμετρος 6 και μήκος 24. Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.

A/A 4. Ουρητηρικά stent διπλής θηλιάς, κατασκευασμένα από πολυμερές **θερμοπλαστικό** βιοσυμβατό υλικό **διπλής δομής, εσωτερικά σκληρό για εύκολη εισαγωγή και εξωτερικά μαλακό για άνεση στον ασθενή με ή χωρίς υδρόφιλη** επικάλυψη. Να φέρουν ακτινοσκοπικές ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 5 cm. Να προσφέρονται σε σετ με προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του rigtail, μήκους 40 cm και οδηγό σύρμα από PTFE 0,035" μήκους 150 cm. Η διάρκεια παραμονής τους να είναι 12 μήνες επικυρωμένη από επίσημα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας. Ανοικτού – κλειστού άκρου. Διάμετρος 6 και μήκος 26. Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Τα stent διπλής δομής από θερμοπλαστικό, διαθέτουν σκληρή εσωτερική επιφάνεια για ευκολία στον χειρισμό με το οδηγό σύρμα κατά την εισαγωγή και μαλακή εξωτερική επιφάνεια που προσφέρει εύκολη, γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση και άνεση στον ασθενή κατά την παραμονή τους. Η διπλή δομή της επιφάνειας του stent είναι προσαρμοσμένης σκληρότητας ανάλογα με το μέγεθος έτσι ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτες οι ιδιότητές του. Προτείνονται stent και με και χωρίς υδρόφιλη επικάλυψη για περισσότερες επιλογές στον ουρολόγο.

A/A 5. Ουρητηρικά stent μονής θηλιάς μήκους 70 – 90cm από πολυμερές **θερμοπλαστικό** υλικό **διπλής δομής**, βιοσυμβατό για παροχέτευση και συλλογή ούρων. Το σετ να περιλαμβάνει stent μονής θηλιάς με σπές παροχέτευσης μόνο στη θηλιά του καθετήρα, διαβαθμίσεις και ακτινοσκοπικές ενδείξεις, μήκους 70 – 90 cm, Seldinger PTFE οδηγό σύρμα διαμέτρου 0,035" και σύνδεση για τον ουροσυλλέκτη. Άκρα ανοικτό – ανοικτό. Μέγεθος 7 Fr.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Το θερμοπλαστικό υλικό διπλής δομής προσφέρει εύκολη εισαγωγή και άνεση για τον ασθενή σε περιπτώσεις κυστεκτομής και νεοκύστης.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Προτείνουμε τις ακόλουθες προσθήκες στις αντίστοιχες κατηγορίες υλικών:

A. Στην κατηγορία των ουρολογικών συρμάτων (A/A 6) προτείνουμε να προστεθούν οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

1. Ουρολογικό οδηγό σύρμα από nitinol με υδρόφιλη επικάλυψη σε όλη του την επιφάνεια, με επίστρωση πολυουρεθάνης και βολφραμίου για να εξασφαλίζεται η εύκολη και ασφαλής πρόσβαση ακόμα και σε δύσκολα σημεία, διαμέτρου 0.035", μήκους 150cm και ευθύ εύκαμπτο άκρο 3 cm, σκληρότητας stiff.



2. Ουρολογικό οδηγό σύρμα από nitinol με υδρόφιλη επικάλυψη σε όλη του την επιφάνεια, με επίστρωση πολυουρεθάνης και βολφραμίου για να εξασφαλίζεται η εύκολη και ασφαλής πρόσβαση ακόμα και σε δύσκολα σημεία, διαμέτρου 0.035", μήκους 150cm και κυρτό εύκαμπτο άκρο 3 cm, σκληρότητας stiff.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Ο συνδυασμός του πυρήνα από nitinol και της εξωτερικής επίστρωσης πολυουρεθάνης και βολφραμίου καθώς επίσης και η υδροφιλικότητα του οδηγού σύρματος εξασφαλίζουν την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση ακόμα και σε εξαιρετικά δύσκολα σημεία.

Β. Στην κατηγορία των θηκαριών εργασίας (A/A 7 & 8) προτείνουμε να προστεθούν οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

1. Θηκάρι εργασίας ουρητηρικής πρόσβασης για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση με εισαγωγή, υδρόφιλη επίστρωση, radiopaque ring και σύστημα σταθεροποίησης. Να είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο και ατραυματικό και να έχει δυνατότητα μετατροπής του οδηγού σύρματος εργασίας σε οδηγό σύρμα ασφαλείας από ξεχωριστή οπή στον εισαγωγέα, δυνατότητα σκιαγράφησης από την κεντρική οπή κατά την διαδικασία τοποθέτησης και συνεχή πρόσβαση στον ουρητήρα και το νεφρό, 10-12 / 12-14 Fr μήκος 45cm. (Ανδρικό). Συμβατό με stiff οδηγό σύρμα 0,038"

2. Θηκάρι εργασίας ουρητηρικής πρόσβασης για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση με εισαγωγή, υδρόφιλη επίστρωση, radiopaque ring και σύστημα σταθεροποίησης. Να είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο και ατραυματικό και να έχει δυνατότητα μετατροπής του οδηγού σύρματος εργασίας σε οδηγό σύρμα ασφαλείας από ξεχωριστή οπή στον εισαγωγέα, δυνατότητα σκιαγράφησης από την κεντρική οπή κατά την διαδικασία τοποθέτησης και συνεχή πρόσβαση στον ουρητήρα και το νεφρό, 10-12 / 12-14 Fr μήκος 35cm. (Γυναικείο). Συμβατό με stiff οδηγό σύρμα 0,038"

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Η προσθήκη της επιλογής της εσωτερικής και εξωτερικής διαμέτρου στα 12 και 14Fr αντίστοιχα, αυξάνει το εύρος των ασθενών για τους οποίους προορίζεται όσον αφορά το σωματότυπο και την ανατομία καθώς επίσης η δυνατότητα μετατροπής του οδηγού σύρματος εργασίας σε οδηγό σύρμα ασφαλείας από ξεχωριστή οπή στον εισαγωγέα, επιτυγχάνει την εξοικονόμηση ενός οδηγού σύρματος.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΓΚΙΟΝΑΣ 1Α | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΤΚ: 14451

ΑΦΜ: 082575697 | ΑΔΥ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ.: 210 2020232 | FAX: 210 2020775

Αναστάσιος Γαλιώτος

Δ/ντής Πωλήσεων Ν. Ελλάδος