

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 13.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Άκαμπτο ενδοσκόπιο 0°

1. Άκαμπτο ενδοσκόπιο 0° με διευρυμένη όραση, διαμέτρου 4 χιλ , μήκους 18 εκ.
2. Να κλιβανίζεται.
3. Να συνδέεται με την θήκη πλύσης που διαθέτει το νοσοκομείο .
4. Να συνδέεται με το απεικονιστικό σύστημα (κάμερα – πηγή φωτός) που διαθέτει το νοσοκομείο.

Άκαμπτο ενδοσκόπιο 30°

1. Άκαμπτο ενδοσκόπιο 30° με διευρυμένη όραση, διαμέτρου 2,7 χιλ, μήκους 18 εκ.
2. Να κλιβανίζεται.
3. Να συνδέεται με την θήκη πλύσης που διαθέτει το νοσοκομείο .
4. Να συνδέεται με το απεικονιστικό σύστημα (κάμερα – πηγή φωτός) που διαθέτει το νοσοκομείο.

Άκαμπτο ενδοσκόπιο 70°

1. Άκαμπτο ενδοσκόπιο 70° με διευρυμένη όραση, διαμέτρου 4 χιλ και μήκους 18 εκ.
2. Να κλιβανίζεται.
3. Να είναι κατάλληλο για εξέταση ρινός .
4. Να συνδέεται με την θήκη πλύσης που διαθέτει το νοσοκομείο.
5. Να συνδέεται με το απεικονιστικό σύστημα (κάμερα – πηγή φωτός) που διαθέτει το νοσοκομείο.

Άκαμπτο ενδοσκόπιο 120°

1. Άκαμπτο ενδοσκόπιο 120° με διευρυμένη όραση, διαμέτρου 4 χιλ και μήκους 18 εκ.
2. Να κλιβανίζεται .
3. Να συνδέεται με την θήκη πλύσης που διαθέτει το νοσοκομείο .
4. Να συνδέεται με το απεικονιστικό σύστημα (κάμερα – πηγή φωτός) που διαθέτει το νοσοκομείο .

Άκαμπτο ενδοσκόπιο 70° με γωνία οράσεως

1. Άκαμπτο ενδοσκόπιο 70° με γωνία οράσεως 50° , κατάλληλο για εξέταση λάρυγγα, διαμέτρου 4 χιλ και μήκους 18 εκ.
2. Να κλιβανίζεται.
3. Να συνδέεται με την θήκη πλύσης που διαθέτει το νοσοκομείο .
4. Να συνδέεται με το απεικονιστικό σύστημα (κάμερα – πηγή φωτός) που διαθέτει το νοσοκομείο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για το προσφερόμενο είδος και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επίσημων φυλλαδίων (όχι φωτοαντίγραφα) ή επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

2. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE Mark σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κατατίθενται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
3. Οι προσφέροντες να καταθέτουν τα πιστοποιητικά:
 - EN ISO 13485:2016 του κατασκευαστικού οίκου του μηχανήματος
 - EN ISO 9001:2015 του αντιπροσώπου
 - EN ISO 13485:2016 του αντιπροσώπου
 - Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 του αντιπροσώπου
4. Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) χρόνια από την παραλαβή των ενδοσκοπίων.
5. Μετά το πέρας της εγγύησης να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο η παροχή ανταλλακτικών , εξαρτημάτων και μελλοντική αναβάθμιση του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για διάστημα δέκα (10) ετών.
6. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία και να αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία, των τεχνικών της προμηθεύτριας εταιρίας επί του προσφερόμενου μοντέλου.
7. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών.