

Αθήνα, 22/06/2022

Προς  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Τηλέφωνο: 2613-601896  
E-mail: [diaboulevsi@agandreashosp.gr](mailto:diaboulevsi@agandreashosp.gr)

Θέμα: Β' ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ  
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (Αριθ. Πρωτ. 19128/2022)

Η εταιρεία μας προτείνει τις εξής προσθήκες στις τεχνικές προδιαγραφές:

- Για το ζητούμενο είδος:

**ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΘ**

Προτείνουμε να προστεθούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

«Να έχει ανατομική λαϊμόκοψη και ενσωματωμένα αναδιπλούμενα πτερύγια για βέλτιστη στερέωση της κουβέρτας.»

- Για το ζητούμενο είδος:

**ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ**

Προτείνουμε να προστεθούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

«Για λόγους ασφαλείας, όταν τίθεται σε λειτουργία, να παρέχει αυτόματα την μεσαία κλίμακα θερμοκρασίας  $38 \pm 2^\circ \text{C}$ ».

Με τιμή,  
Για την **MEDI-SUP A.E.**

**ΜΕΝΤΙ-ΣΑΠ Α.Ε.**  
**MEDI - SUP A.E.**  
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΝΟΣ/ΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 19, 153 54 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ  
ΑΦΜ: 094447320 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 470067378798415407J  
ΤΗΛ: 210 6003108 FAX: 210 6003108

**Νικήτας Δημέας**  
Διευθυντής πωλήσεων