

Θέμα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Σετ γάζας συστήματος αρνητικής πίεσης, μεγάλο (Large), με αντιμικροβιακό πλέγμα που να περιλαμβάνει:

- A) Μία αντιμικροβιακή γάζα σε ρολό
- B) Δύο διαφανείς κολλητικές μεμβράνες πολυουρεθάνης 26x30εκ.
- Γ) Έναν δίσκο αναρρόφησης με ενσωματωμένη κολλητική επιφάνεια, ο οποίος να φέρει φίλτρο διαχείρισης οσμών.
- Δ) Ένα προστατευτικό δέρματος (μαντηλάκι) για φροντίδα του υγιούς δέρματος περιμετρικά του έλκους.
- Ε) Δύο μη κολλητικές γάζες με έλαιο, 7,6x7,6εκ, για προστασία μοσχευμάτων, χειρουργικών τομών κτλ.
- ΣΤ) Ένα παραφινούχο μη κολλητικό πλέγμα 15x15εκ με ενεργό συστατικό την αργυρούχο σουλφαδιαζίνη σε περιεκτικότητα 1mg/cm²

Όλα τα επιμέρους τμήματα του σετ να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία - ατομικά αποστειρωμένα- η οποία να φέρει σήμανση με την εμπορική επωνυμία, διεύθυνση κατασκευαστών, εμπορική ονομασία - περιγραφή προϊόντος, κωδικό παρτίδας, ένδειξη οριακής ασφαλούς ημερομηνίας χρήσης, σύμφωνα με ΦΕΚ στο φύλλο 2198, 2/10/2009 (αρ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ.130648)

Προϋπολογισμός: 200Ευρω + ΦΠΑ