

**ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 1^{ης}
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ**

Σε απάντηση του υπ. αριθμ. 47077/2-12-2022 εγγράφου του Γραφείου Προμηθειών, η επιτροπή έλαβε γνώση των παρατηρήσεων της 1^{ης} δημόσιας διαβούλευσης επί των προδιαγραφών για την προμήθεια τροχήλατου πετάσματος ακτινοπροστασίας.

Οι προδιαγραφές διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροχήλατο πέτασμα ακτινοπροστασίας με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Παρεχόμενη ακτινοπροστασία ισοδύναμη με 1,5 mm Pb τουλάχιστον , σε όλη την ωφέλιμη επιφάνειά του.
2. Συνολικό ύψος από το έδαφος τουλάχιστον 200cm
3. Συνολικό πλάτος 90 cm έως 100 cm
4. Να φέρει παράθυρο παρατήρησης μολυβδύαλου διαστάσεων 30X40cm τουλάχιστον, με παρεχόμενη ακτινοπροστασία τουλάχιστον ισοδύναμη με 1,5 mm Pb.
5. Η εξωτερική επιφάνεια του πετάσματος να είναι από πλαστικό ή άλλο υλικό μη απορροφητικό που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό και την απολύμανση του. Η κύρια επιφάνεια να καλύπτεται περιμετρικά με προφίλ αλουμινίου ή να είναι πλήρως κατασκευασμένη από PVC χωρίς ενώσεις & εύκολα καθαριζόμενη.
6. Η κύρια επιφάνεια ακτινοπροστασίας να στηρίζεται σε σύστημα 4 τροχών βαρέος τύπου , με φρένο στις δύο από αυτές. Η κατασκευή του συστήματος των 4 τροχών πρέπει να είναι στιβαρή (σύνδεση συστήματος τροχών με κύρια επιφάνεια ακτινοπροστασίας), αξιόπιστη και να προσφέρει επαρκή στήριξη στην κατακόρυφη επιφάνεια ακτινοπροστασίας, ώστε να μην ανατρέπεται εύκολα. Για τον λόγο αυτό, το σύστημα των 4 τροχών πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικά τμήματα ικανοποιητικής αντοχής και ακαμψίας και με ισχυρά οριζόντια σκέλη. Απαραίτητη η ύπαρξη χειρολαβών για την εύκολη μετακίνηση του πετάσματος.
7. Να παρέχεται γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών για το προσφερόμενο είδος.

8. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001: 2015 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας- Απαιτήσεις» ή το πρότυπο ISO13485: 2016 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα».
9. Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας- Απαιτήσεις» ή το πρότυπο ISO 13485:2016 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα». Το πρότυπο ISO που κατατίθεται στο διαγωνισμό πρέπει να έχει πεδίο εφαρμογής σχετικό με την εμπορία ειδών ακτινοπροστασίας.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4000 ΕΥΡΩ +ΦΠΑ