

04/02/2019,

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»**ΥΠ' ΟΨΙΝ: Γραφείου Προμηθειών****ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΑΡ. ΠΡΩΤ. 48100**

Λάβαμε γνώση της διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών και θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

Όσον αφορά το είδος Α/Α 1. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΑΓΚΟΙ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ, ΚΛΙΝΕΣ) ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ (SPRAY) ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ θα θέλαμε να σας επιστημόνουμε ότι η ΕΚΑΠΥ έχει αναρτήσει στο site (<https://www.moh.gov.gr/articles/ethnikh-kentrikh-arxh-promhtheiwn-ygeias-ekapy/teχνikes-prodiagrafes-kai-protypa/teχνikes-prodiagrafes-ekapy/9177-apolymantika>) της ενιαίες προδιαγραφές για το προϊόν αυτό οι οποίες είναι οι παρακάτω:

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1LT

- > Να περιέχει στη σύνθεσή του αλκοόλες σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη ή ίση με 70%, όπως αναγράφεται στην άδεια του ΕΟΦ.
- > Να μην περιέχει φαινόλες και αλδεΐδες
- > Έτοιμο προς χρήση, σε μορφή σπρέι με το μικρότερο δυνατόν χρόνο επαφής
- > Δραστικό έναντι ιών με & χωρίς περίβλημα, βακτηρίων, μυκήτων και μυκοβακτηριδίου
- > Να στεγνώνει χωρίς κατάλοιπα
- > Να μην είναι οξειδωτικό για τις επιφάνειες
- > Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό για το χρήστη
- > Μέγιστος χρόνος δράσης 5 λεπτά, ο οποίος να πιστοποιείται από την επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστικού οίκου.
- > Να έχει άδεια ΕΟΦ, καταχώρηση σε ΕΜΠΧ και επισήμανση CE.

Σας προτείνουμε όπως χρησιμοποιήσετε αυτές τις προδιαγραφές οι οποίες είναι εγκεκριμένες από την ΕΚΑΠΥ.

Με εκτίμηση,
Γιακουμέλου Αδαμαντία

GATEX
ΓΚΑΤΕΞ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ & ΣΤΟΛΩΝ Α.Ε.
ΚΑΝΑΡΗ 12 & ΣΜΥΡΝΗΣ, Τ.Κ. 15354 - ΓΛ. ΝΕΡΑ
ΤΗΛ. 210.6395792 - FAX: 210.6012336
ΑΦΜ. 093573836 - ΔΟΥ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 2460401000

