

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
ΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ' CAMERA ΜΟΝΟΦΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΟΥ  
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ(SPECT-CT), ΤΥΠΟΥ BRIGHTVIEW ΧCT ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ PHILIPS**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.778,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ	SERIAL	ΚΟΣΤΟΣ € (συμπ. ΦΠΑ)
PHILIPS	SPECT camera sub-system CT Bright View ΧCT 882482	6000346	72.778,08€

1. Η συντήρηση να περιλαμβάνει καθαρισμό, ρύθμιση, έλεγχο , εκτέλεση μετρήσεων καθώς και κάθε μορφής απαιτούμενη εργασία για την επισκευή και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των μηχανημάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
2. Ο αριθμός των προγραμματισμένων συντηρήσεων να είναι σύμφωνος με τον κατασκευαστικό οίκο.
3. Οι έλεγχοι-μετρήσεις να γίνονται με ειδικά διακριβωμένα όργανα για τα οποία θα κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης.
4. Όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών να είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.
5. Η γενική συντήρηση-επισκευή των μηχανημάτων να γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι να είναι πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστικό οίκο. (Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών).
6. Ο Ανάδοχος να πραγματοποιεί μετά από κλήση ή μη, απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών (εργασία- ανταλλακτικά), που θα παρουσιαστούν, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
7. Ο Ανάδοχος να καλύπτει όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου.
8. Ο Τεχνικός του Αναδόχου μετά από τηλεφωνική η έγγραφη κλήση ή email, να ευρίσκεται στο Νοσοκομείο εντός εικοσιτεσσάρων ωρών.
9. Να κατατεθεί αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης με την λίστα των service kits.
10. και κάθε υποχρεωτική βελτίωση-αναβάθμιση που εκδίδει ο κατασκευαστικός οίκος.
11. Στις υπάρχουσες καλύψεις να περιλαμβάνονται όλα ανεξαιρέτως τα υλικά του οίκου PHILIPS. Εξαιρούνται τα αναλώσιμα υλικά τα οποία είναι διαθέσιμα στην ελεύθερη αγορά, όπως φιλμ, χαρτί, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, σκιαγραφικά κλπ. Να περιλαμβάνονται τα στρατηγικά υλικά όπως ακτινολογικές λυχνίες, κρύσταλλοι, φωτοπολλαπλασιαστές.
12. Ο τεχνικός της εταιρείας μετά το πέρας κάθε εργασίας να παρέχει αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στα οποία να αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην κυριότητα της εταιρείας.
13. Η σύμβαση να καλύπτει την εφαρμογή εργοστασιακών Διαταγών Αλλαγής, που αποσκοπούν είτε στη βελτιστοποίηση της ασφάλειας είτε στη βελτιστοποίηση της απόδοσης είτε στην διευκόλυνση του χειρισμού και της συντήρησης, διατηρώντας παράλληλα τα συστήματα σε σύγχρονο τεχνολογικό επίπεδο.

14. Οι εργασίες συντήρησης - επισκευής να γίνονται στους χώρους του νοσοκομείου. Εφόσον η επιτόπια επιδιόρθωση του μηχανήματος ή μέρους αυτού δεν είναι δυνατή, η εταιρεία να ζητήσει μεταφορά του στο εργαστήριο της, αναλαμβάνοντας την εργασία απεγκατάστασης και επανεγκατάστασης καθώς και τα σχετικά κόστη, όπως επίσης και τα κόστη συσκευασίας, μεταφοράς, επιστροφής και αποσυσκευασίας. Στην προαναφερθείσα περίπτωση να συντάσσονται πρακτικά παράδοσης-παραλαβής.
15. Ο συνολικός χρόνος μη λειτουργίας (ακινητοποίησης) κάθε μηχανήματος λόγω βλάβης, κατά τη διάρκεια ενός πλήρους συμβατικού έτους, να μην υπερβαίνει τις είκοσι(20) εργάσιμες ημέρες. Ο χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος υπολογίζεται από τη βεβαιωμένη γνωστοποίηση της βλάβης στην εταιρεία και η αποκατάσταση της βλάβης βεβαιώνεται με την υπογραφή σχετικού δελτίου εργασίας από εκπρόσωπο του Νοσοκομείου.  
Εφόσον η καθυστέρηση της αποκατάστασης της βλάβης οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα γίνεται προσμέτρηση στον χρόνο ακινητοποίησης του μηχανήματος.  
Στον χρόνο ακινητοποίησης του μηχανήματος θα προσμετρείται και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για εφαρμογή της Διαταγής Αλλαγής, σε περίπτωση που αυτός υπερβαίνει το ένα 24ωρο.
16. Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια ενός πλήρους συμβατικού έτους κάποιο μηχάνημα θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας κατά υπέρβαση του προαναφερθέντος διαστήματος των είκοσι(20) εργάσιμων ημερών, το Νοσοκομείο να διατηρεί το δικαίωμα της επιβολής ποινικής ρήτρας με παράταση της σύμβασης άνευ χρέωσης του Νοσοκομείου κατά τρεις(3) ημέρες ανά ημέρα υπέρβασης.
17. Ο Ανάδοχος να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001, EN ISO 13485 και συμφωνία με την ΥΑ 1348.
18. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και να καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
Η μη ύπαρξη του ανωτέρω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.