

Ημ/νια: ...09.../...11.../2022

Αρ.Πρωτ: ...43705.....

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Προς Γρ. Προμηθειών

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΜΘ

Κοιν. Γρ. Υλικού

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΣ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 500ml

Χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρεί ο σάκος :

Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μίγμα αλουμινίου.

Στο άνω μέρος να έχουν ειδική συγκολλητική ταινία για το άνοιγμα και κλείσιμο του σάκου, καθώς και οπή για την στήριξη του σάκου στο στατό ορόυ.

Στο άνω μέρος να έχουν ειδική σχισμή σε όλο το μήκος ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της χορήγησης χωρίς να απαιτείται άνοιγμα του σάκου.

Στο κάτω μέρος να έχουν εγκοπή για την προσαρμογή της φιάλης ορού και της συσκευής χορήγησης.

Να είναι μιας χρήσεως

Διαστάσεις κατάλληλες για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φιάλες – σάκους 500ml

16cm φάρδος και 28,5cm ύψος περίπου

Να σταλεί δείγμα.

Ετήσιες ανάγκες περίπου 200 τεμάχια.

Προϋπολογισμός με ενδεικτική τιμή 1,50 € / τεμάχιο + ΦΠΑ 24%

Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών και Προϋπολογισμού

Α. Χριστοπούλου

Ογκολόγος Παθολόγος

Γ. Αργυρόπουλος

Νοσηλεύτης Τ.Ε.

Ι. Κοντομηνά

Νοσηλεύτρια Τ.Ε