

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **17.856,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:8551/6-3-2023

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ	SERIAL
1	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	DRAEGER	ATLAN A350	ASPD-0146
				IACS	ASPE-0046
2	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	DRAEGER	ATLAN A350	ASPD-0147
				IACS	ASPE-0047
3	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	DRAEGER	ATLAN A350	ASPD-0151
				IACS	ASPE-0048
4	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	DRAEGER	ATLAN A350	ASPD-0152
				IACS	ASPE-0049

1. Η συντήρηση να περιλαμβάνει καθαρισμό, ρυθμίσεις, ελέγχους καθώς και κάθε μορφής απαιτούμενη εργασία για την επισκευή και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των μηχανημάτων, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
2. Οι έλεγχοι-μετρήσεις να γίνονται με ειδικά διακριβωμένα όργανα για τα οποία να κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης.
3. Όλα τα αναλώσιμα-ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών να είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.
4. Η γενική συντήρηση-επισκευή των μηχανημάτων να γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι να είναι πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστικό οίκο ή να καταθέτουν βεβαιώσεις από άλλα Νοσοκομεία ότι έχουν συντηρήσει καλώς τα ίδια μοντέλα και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τουλάχιστον δύο ετήσιες συμβάσεις συντήρησης. (Να κατατεθούν και οι συμβάσεις).
5. Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής να γίνονται στους χώρους του νοσοκομείου.

6. Ο ανάδοχος να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών που θα παρουσιαστούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση:(εργασία-ανταλλακτικά).
7. Η εταιρεία να καλύπτει όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου.
8. Ο τεχνικός της εταιρείας μετά από τηλεφωνική ή έγγραφη κλήση ή email, να ευρίσκεται στο Νοσοκομείο εντός εικοσιτεσσάρων ωρών.
9. Αθροιστικά ο χρόνος εκτός λειτουργίας για κάθε ένα μηχάνημα ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες.
10. Πέραν των οκτώ (8) ημερών η εταιρεία θα καταβάλει στο Νοσοκομείο μας ως ποινική ρήτρα τα προβλεπόμενα από το Ν 4412/2016.
11. Το Νοσοκομείο θα διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί μονομερώς από τη σύμβαση μηχανήματα τα οποία δεν του είναι πλέον απαραίτητα.
12. Να κατατεθεί αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης με την λίστα των service kits.
13. Η σύμβαση θα καλύπτει και κάθε βελτίωση-αναβάθμιση που εκδίδει ο κατασκευαστής.
14. Η εργασία που θα πραγματοποιείται να αναφέρεται λεπτομερώς στο ειδικά συντασσόμενο κάθε φορά από τον Τεχνικό, Δελτίο Εργασίας.
15. Ο ανάδοχος να διαθέτει οπωσδήποτε πιστοποίηση EN ISO 9001, EN ISO 13485 και συμφωνία με την ΥΑ 1348.
16. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και να καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.