

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.941,00+ΦΠΑ.

**ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:9135/9-3-2023**

<b>ΜΗΧΑΝΗΜΑ</b>	<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ</b>	<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>S/N</b>
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ	COVIDIEN	PB980	35B2012529

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

1. Η συντήρηση περιλαμβάνει καθαρισμό, ρύθμιση, έλεγχο καθώς και κάθε μορφής απαιτούμενη εργασία για την επισκευή και την διατήρηση σε καλή κατάσταση του μηχανήματος, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
2. Οι έλεγχοι-μετρήσεις θα γίνονται με ειδικά διακριβωμένα όργανα για τα οποία θα κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης.
3. Όλα τα αναλώσιμα-ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών θα είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.
4. Η γενική συντήρηση-επισκευή του μηχανήματος θα γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι θα είναι πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστικό οίκο (να κατατεθούν τα πιστοποιητικά) ή θα καταθέτουν βεβαιώσεις από άλλα Νοσοκομεία ότι έχουν συντηρήσει καλώς το ίδιο μοντέλο αναπνευστήρα και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τουλάχιστον δύο ετήσιες συμβάσεις συντήρησης. (Να κατατεθούν και οι συμβάσεις).
5. Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής θα γίνουν στους χώρους του νοσοκομείου.
6. Η εταιρεία θα πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών (εργασία-ανταλλακτικά) που θα παρουσιαστούν, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
7. Η εταιρεία θα καλύπτει όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου.
8. Ο τεχνικός της εταιρείας μετά από τηλεφωνική ή έγγραφη κλήση ή email, θα ευρίσκεται στο Νοσοκομείο εντός (48) ωρών.
9. Αθροιστικά ο χρόνος εκτός λειτουργίας για το μηχάνημα ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες.
10. Πέραν των οκτώ (8) ημερών η εταιρεία θα καταβάλει στο Νοσοκομείο μας ως ποινική ρήτρα τα προβλεπόμενα από το Ν 4412/2016.
11. Να κατατεθεί αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης με την λίστα των service kit.
12. Η σύμβαση θα καλύπτει και τον αισθητήρα O2.
13. Η σύμβαση θα καλύπτει και κάθε βελτίωση-αναβάθμιση που εκδίδει ο κατασκευαστής.
14. Η εργασία που θα πραγματοποιείται θα αναφέρεται λεπτομερώς στο ειδικά συντασσόμενο κάθε φορά από τον τεχνικό Δελτίο Εργασίας, αντίγραφο του οποίου θα παραδίδονται στο Νοσοκομείο.
15. Ο ανάδοχος να διαθέτει τις πιστοποιήσεις EN ISO 9001, EN ISO 13485 και την ΚΥΑ 1348.
16. Κατά την διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση.
17. Οι συμμετέχοντες να συντάξουν φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και να καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  
ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.900,00€ + ΦΠΑ.

**ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:9150/9-3-2023**

<b>ΟΙΚΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>sn</b>	<b>Προϋπολογισμός προ φπα</b>	<b>Αισθητήρας O2</b>
WEINMANN	MEDUMAT STANDARD2	14850	950,00€	Δεν απαιτείται
WEINMANN	MEDUMAT STANDARD2	14855	950,00€	Δεν απαιτείται
HAMILTON	C1	25939	1.400,00€	Συμπεριλαμβάνεται
HAMILTON	C1	26972	1.400,00€	Συμπεριλαμβάνεται
HAMILTON	C1	26979	1.400,00€	Συμπεριλαμβάνεται
HAMILTON	C1	29982	1.400,00€	Συμπεριλαμβάνεται
HAMILTON	C1	29946	1.400,00€	Συμπεριλαμβάνεται

1.Η συντήρηση περιλαμβάνει καθαρισμό, ρύθμιση, έλεγχο καθώς και κάθε μορφής απαιτούμενη εργασία για την επισκευή και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των μηχανημάτων, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.

2.Οι έλεγχοι-μετρήσεις θα γίνονται με ειδικά διακριβωμένα όργανα για τα οποία θα κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης.

3.Όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών θα είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.

4.Η γενική συντήρηση-επισκευή των μηχανημάτων θα γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι θα είναι πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστικό οίκο ή θα καταθέτουν βεβαιώσεις από άλλα Νοσοκομεία ότι έχουν συντηρήσει καλώς τα ίδια μοντέλα αναπνευστήρων και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τουλάχιστον δύο ετήσιες συμβάσεις συντήρησης. (Να κατατεθούν και οι συμβάσεις).

5.Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής θα γίνουν στους χώρους του νοσοκομείου.

6.Η Εταιρεία θα πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών που θα παρουσιαστούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση:(εργασία - ανταλλακτικά).

7.Η Εταιρεία θα καλύπτει όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου.

8.Ο Τεχνικός της εταιρείας μετά από τηλεφωνική ή έγγραφη κλήση ή email, θα ευρίσκεται στο Νοσοκομείο εντός εικοσιτεσσάρων ωρών.

9.Αθροιστικά ο χρόνος εκτός λειτουργίας για κάθε ένα μηχάνημα ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες. Εφόσον δοθεί μηχάνημα αντικατάστασης από τον ανάδοχο, παύει να μετράει ο χρόνος εκτός λειτουργίας του μηχανήματος (Down-Time).

10.Πέραν των οκτώ (8) ημερών ο ανάδοχος θα καταβάλει στην αναθέτουσα αρχή ως ποινική ρήτρα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 214 του Ν.4412/2016.

11.Να κατατεθεί αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης με την λίστα των service kits.

12. Η σύμβαση θα καλύπτει και κάθε υποχρεωτική βελτίωση-αναβάθμιση που εκδίδει ο κατασκευαστικός οίκος.

13. Η εργασία που θα πραγματοποιείται θα αναφέρεται λεπτομερώς στο ειδικά συντασσόμενο κάθε φορά από τον Τεχνικό, Δελτίο Εργασίας.

14. Ο ανάδοχος να διαθέτει οπωσδήποτε πιστοποίηση EN ISO 9001, EN ISO 13485 και συμφωνία με την ΥΑ 1348.

15. Οι συμμετέχοντες να συντάξουν φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.