

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ALICE 5**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.364,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι αισθητήρες να έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ
1	0533	AL5, BODY POSITION COMPATIBLE SENSOR	1
2	0528	AL5, COMPATIBLE HIGH OUTPUT PIEZO RESPIRATORY EFFORT SENSOR	2

α/α 1: τεμάχιο ένα(1)

- Να είναι αισθητήρας θέσης σώματος .
- Να είναι συμβατός με το πολυκαταγραφικό Alice 5.
- Να δουλεύει με DC μόνο (0-1 volt).
- Να συνδέεται στο headbox του πολυκαταγραφικού Alice 5.

α/α 2: τεμάχια δύο(2)

- Να δίνεται αισθητήρας τάσης για τον θώρακα , τεμάχιο ένα(1) .
- Να δίνεται αισθητήρας τάσης για την κοιλιά , τεμάχιο ένα (1).
- Να διαθέτουν ζώνη επαναχρησιμοποιούμενη πιεζοηλεκτρική, τεχνολογίας Φθοριούχου πολυβινυλιδενίου.
- Να μην περιέχουν Latex.
- Να έχουν ως και 5 φορές ισχυρότερο σήμα από τις συμβατικές ζώνες.
- Να είναι απόλυτα συμβατό με την συσκευή μελέτης ύπνου Alice 5 .
- Να συνδέονται απ' ευθείας στο headbox του πολυκαταγραφικού Alice 5.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα είδη και να υπάρχει παραπομπή στα φυλλάδια.
Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.
2. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE Mark σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κατατίθενται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

3. Οι προσφέροντες να καταθέτουν τα πιστοποιητικά:
 - EN ISO 13485:2016 του κατασκευαστικού οίκου
 - EN ISO 9001:2015 του αντιπροσώπου
 - EN ISO 13485:2016 του αντιπροσώπου
 - Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 του αντιπροσώπου
4. Ο χρόνος παράδοσής τους να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών .

Η επιτροπή

- 1. Παναγιώτης Χριστόπουλος**
- 2. Αικατερίνη Βαρελά**
- 3. Κων/να Ελένη Δημοπούλου**