

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ GE HEALTHCARE
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.508,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ.

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:15768/24-04-2023

ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	S/N
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ	GE HEALTHCARE	LOGIQ P6	331255SU0
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ	GE HEALTHCARE	LOGIQ P6	331732SU8
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ	GE HEALTHCARE	LOGIQ P6	331731SU0

1. Η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τον κατασκευαστικό οίκο ή συμβάσεις συντήρησης του συγκεκριμένου εξοπλισμού με άλλους δημόσιους που να πιστοποιούν την άρτια εκπαίδευση των τεχνικών που εκτελούν τις εργασίες επισκευή και συντήρησης. Θα πρέπει να έχει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο πιστοποιήσεις ISO για την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού.
2. Η Εταιρεία θα πραγματοποιεί, απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών που θα ήθελε παρουσιαστούν, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Οι επισκέψεις θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή από την 8πμ-16μμ.
3. Η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει τιμολογιακή ενημέρωση σε περίπτωση που το Νοσοκομείο επιθυμεί να γίνουν εργασίες σε μια εργάσιμες ημέρες και αργίες.
4. Η κλήση για βλάβες θα γίνεται τηλεφωνικά ή και με email. Εφόσον θα διατεθεί ψηφιακή ADSL γραμμή από το Νοσοκομείο, να υπάρχει η δυνατότητα από την εταιρεία απομακρυσμένης σύνδεσης υποστήριξης (remote support), για διάγνωση και πιθανή αποκατάσταση βλαβών. Στην περίπτωση όπου δεν δύναται η βλάβη να επιλυθεί, υποχρέωση της εταιρείας είναι να ανταποκρίνεται σε μια εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία της βλάβης.
5. Η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει κατάλογο την εργοστασιακών συντηρήσεων που πρέπει να γίνονται και με την έναρξη της σύμβασης συντήρησης θα ενημερώνεται το Νοσοκομείο για την πραγματοποίησή τους.

Επίσης θα πρέπει να ενημερώνει και να πραγματοποιεί δωρεάν όλες τις εργοστασιακές αναβαθμίσεις έτσι ώστε το μηχάνημα να παραμένει ασφαλές τόσο για τους χρήστες όσο και τους ασθενείς.

6. Μετά από κάθε εργασία, προληπτική (τουλάχιστον μία το έτος) η επανορθωτική, η εταιρεία θα παραδίδει αναλυτικό δελτίο εργασίας και ανταλλακτικών υπογεγραμμένο από το T.B.T.

- 7.** Στην σύμβαση θα περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά εκτός των κεφαλών, που απαιτούνται τόσο στις επανορθωτικές επισκευές όσο και στις προληπτικές συντηρήσεις. Τα χαλασμένα ανταλλακτικά θα επιστρέφονται στην κυριότητα της αναδόχου εταιρείας. Σε περίπτωση βλάβης κεφαλών η εταιρεία οφείλει τον έλεγχο όλων ανεξαιρέτως των κεφαλών και την αντικατάσταση ετησίως χωρίς χρέωση, μιας καινούργιας κεφαλής 2D. Από τις καλύψεις εξαιρούνται όλα τα αναλώσιμα, καλώδια ΗΚΓ, εκτυπωτές καθώς και οι εργασίες επισκευής των ηχοβόλων κεφαλών σε περίπτωση βλάβης.
- 8.** Οι τιμές των εξωσυμβατικών κεφαλών θα κατατεθούν στην προσφορά της εταιρείας και θα παραμένουν οι ίδιες σε όλη την διάρκεια τόσο της σύμβασης όσο και της νόμιμης παράτασης που τυχόν ζητηθεί. Να δοθούν τιμές τόσο καινούργιων όσο και ανακατασκευασμένων αν υπάρχουν που θα ισχύουν σε όλη την διάρκεια της σύμβασης.
- 9.** Η παραγγελία θα γίνεται από το Νοσοκομείο μετά από έγγραφη ενημέρωση προς την εταιρεία. Η τυχόν καθυστέρηση παραγγελίας είναι ευθύνη του Νοσοκομείου.
- 10.** Η εταιρεία οφείλει να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών για την εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου. Ο χρόνος εκτός λειτουργίας του μηχανήματος δεν θα ξεπερνά τις 8 εργάσιμες ημέρες κατά την διάρκεια της σύμβασης. Εξαιρούνται οι ημέρες προληπτικής συντήρησης ανά σύστημα, τυχόν εργασίες αναβάθμισης και οι μη συμπεριληφθείσες υπηρεσίες. Σε περίπτωση υπερβάσης θα επιβάλλεται παράταση κατά πέντε ημέρες για κάθε ημέρα καθυστέρησης
- 11.** Η εταιρεία έχει την νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους όταν αυτή οφείλεται σε κακή η ελλιπή συντήρηση.
- 12.** Όλα τα αναλώσιμα / ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών θα είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.
- 13.** Οι συμμετέχοντες να συντάξουν φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.