

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«Ετήσια συντήρηση - επισκευή με ανταλλακτικά του Ακτινολογικού Μηχανήματος Multix Fusion Analog»

Προϋπολογισμός: 8.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αριθμ. πρωτ.: 25056/16-6-2023

<i>ΜΗΧΑΝΗΜΑ</i>	<i>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ</i>	<i>ΜΟΝΤΕΛΟ</i>	<i>sn</i>
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	SIEMENS	MULTIX FUSION ANALOG	1022

1	<p>Προκειμένου η ανάδοχος εταιρεία να αποδείξει την τεχνική της επάρκεια, για την ανάθεση της σύμβασης συντήρησης σε αυτή του ζητούμενου προς συντήρηση εξοπλισμού, θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά της, επί ποινή απαραδέκτου, τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Ότι είναι εξουσιοδοτημένη από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ή από τον ίδιο τον κατασκευαστή και ότι διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί συντηρήσεις, διορθώσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών, ώστε να εξασφαλίζεται η αρτιότερη και ασφαλέστερη για τους ασθενείς λειτουργία του προς συντήρησης εξοπλισμού. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα περιέχονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.</p>
2	<p>Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να βεβαιώσει με υπεύθυνη δήλωσή της, ότι διαθέτει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες του προς συντήρηση εξοπλισμού καθώς και στο λογισμικό που φέρει αυτός (εάν απαιτείται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης). Με την προσφορά της, η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται επίσης να καταθέσει βεβαιώσεις της προηγούμενης πενταετίας π.χ. Δελτία Εργασίας ή αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ίδιων εργασιών) από άλλα Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα που να βεβαιώνουν την ικανότητά της να μπορεί να εφαρμόζει τις αναβαθμίσεις λογισμικού που εξαγγέλλονται από τον κατασκευαστικό οίκο καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες ασφαλείας (υλικού και λογισμικού) που εξαγγέλλονται από τον κατασκευαστικό οίκο ή άλλη υπεύθυνη για τον σκοπό Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Κανονιστική Αρχή. Πιθανή προκύπτουσα για τον παραπάνω λόγο δαπάνη (πρόσβασης, προμήθειας λογισμικού και αναβαθμίσεων αυτού) επιβαρύνει αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία.</p>
3	<p>Η ανάδοχος εταιρεία Ο ανάδοχος να διαθέτει τις πιστοποιήσεις EN ISO 9001, EN ISO 13485 και την ΚΥΑ 1348</p>
4	<p>Η Εταιρεία θα πραγματοποιεί, απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών που θα ήθελε παρουσιαστούν, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Οι επισκέψεις θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή από την 7ημ-16μμ.</p>
5	<p>Η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει τιμολογιακή ενημέρωση σε περίπτωση που το Νοσοκομείο επιθυμεί να γίνουν εργασίες σε μη εργάσιμες ημέρες και αργίες.</p>
6	<p>Η κλήση για βλάβες θα γίνεται τηλεφωνικά και μέσω email. Υποχρέωση της εταιρείας είναι να ανταποκρίνεται την ίδια ημέρα αν η κλήση γίνει πριν την 11πμ. ,η την επόμενη αν γίνει μετά την 11πμ.</p>

7	<p>Η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει κατάλογο των εργοστασιακών συντηρήσεων που πρέπει να γίνονται και με την έναρξη της σύμβασης συντήρησης θα ενημερώνεται το Νοσοκομείο για την πραγματοποίηση τους. Προκειμένου να διενεργούνται ορθά οι προληπτικές συντηρήσεις που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος , η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διαθέτει το πιο πρόσφατο πρωτόκολλο συντήρησης που προτείνεται από τον κατασκευαστικό οίκο καθώς και τα πιο πρόσφατα σε ισχύ εγχειρίδια συντήρησης και καταλόγου ανταλλακτικών , ακόμη και εάν αυτά δεν βρίσκονται στην κατοχή της αναθέτουσας εταιρείας.</p>
8	<p>Μετά από κάθε εργασία, προληπτική ή επανορθωτική, η εταιρεία θα παραδίδει αναλυτικό δελτίο εργασίας και ανταλλακτικών υπογεγραμμένο από το T.B.T .</p> <p>Όπου απαιτείται θα παραλαμβάνεται και από το τμήμα των ακτινοφυσικών.</p>
9	<p>Στην σύμβαση θα περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά αναλώσιμα ή μη που απαιτούνται τόσο στις επανορθωτικές επισκευές όσο και στις προληπτικές συντηρήσεις ,εκτός της ακτινολογικής λυχνίας. Όλα τα αναλώσιμα / ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών θα είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διασταυρώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο την γνησιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης συντήρησης ή και τυχόν παρατάσεων αυτής. Επιπλέον, η ανάδοχος εταιρεία οφείλει σε περίπτωση αλλαγής, εκ μέρους του κατασκευαστικού οίκου, του κωδικού αριθμού οποιουδήποτε εξαρτήματος συγκριτικά με αυτόν που αναγράφεται στον επίσημο κατάλογο εξαρτημάτων και υλικών να το γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή μέσω επιστολής του κατασκευαστικού οίκου περί της ανωτέρας αλλαγής, καθώς και τον νέο κωδικό που το υλικό αυτό πλέον λαμβάνει.</p>
10	<p>Η τιμή της ακτινολογικής λυχνίας θα κατατεθεί στην προσφορά της εταιρείας και θα παραμένει ίδια σε όλη την διάρκεια τόσο της σύμβασης όσο και της νόμιμης παράτασης που τυχόν ζητηθεί.</p> <p>Η παραγγελία της ακτινολογικής λυχνίας θα γίνεται από το Νοσοκομείο μετά από έγγραφη ενημέρωση προς την εταιρεία. Η τυχόν καθυστέρηση παραγγελίας είναι ευθύνη του Νοσοκομείου.</p> <p>Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας της λυχνίας.</p>
11	<p>Η εταιρεία οφείλει να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών για την εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου .Ο χρόνος εκτός λειτουργίας του μηχανήματος δεν θα ξεπερνά τις 8 εργάσιμες ημέρες κατά την διάρκεια της σύμβασης . Πέραν των οκτώ (8) ημερών ο ανάδοχος θα καταβάλει στην αναθέτουσα αρχή ως ποινική ρήτρα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 214 του Ν.4412/2016.</p>
12	<p>Η εταιρεία έχει την νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους όταν αυτή οφείλεται σε κακή ή ελλιπή συντήρηση.</p>