

Αριθ.Πρωτ.3951/2-02-2023

**ΘΕΜΑ** : Προμήθεια νέων ψυγείοκαταψυκτών για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Τα υπό προμήθεια είδη να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Να έχουν μεικτή χωρητικότητα περίπου 300 λίτρα.
- Η χωρητικότητα της συντήρησης να είναι τουλάχιστον 200 λίτρα.
- Να είναι τεχνολογίας No Frost.
- Να είναι ελεύθερης τοποθέτησης.
- Να έχει διαστάσεις περίπου 180x55x60 ±5cm.
- Να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον C.
- Να έχει επίπεδο θορύβου έως 40db περίπου.
- Το σύστημα να έχει σχεδιασμό σύμφωνα με το διεθνή πρότυπα ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC).

#### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

- Αποστολή προμήθειας το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση της σύμβασης - ανάληψης εργασιών από το Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».
- Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
- Τα υπό προμήθεια είδη να διαθέτουν πιστοποιητικό CE. Να πληρούν όλα τα σχετικά πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία.
- Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός να συνοδεύεται απ' όλα τα τεχνικά φυλλάδια και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η συμφωνία των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου είδους με την παρούσα τεχνική περιγραφή.

#### **ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ**

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 2.900€ (δυο χιλιάδες εννιακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.