

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

1. Ο ζυγός να είναι επιδαπέδιος, ψηφιακής τεχνολογίας, για υψηλής ακρίβειας μετρήσεις.
2. Να πραγματοποιεί μετρήσεις βάρους έως 300 kg περίπου, με διαβαθμίσεις του 0.1 kg.
3. Να διαθέτει τις εξής λειτουργίες:
Zero, Lock/ Release, Units, Store/ Recall, BMI/ HEIGHT/ ENTER και ON/OFF.
4. Να διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη LCD, πέντε (5) ψηφίων (ένδειξη αριθμών μεγέθους 1.9 mm περίπου).
5. Η οθόνη να φέρεται πάνω σε στήλη ύψους 120 εκ. περίπου, η οποία να είναι σταθερά προσαρτημένη στην πλατφόρμα ζύγισης, για μέγιστη εργονομία και οικονομία χώρου.
6. Να φέρει ενσωματωμένο μηχανικό αναστημόμετρο, για τη μέτρηση ύψους από 60 έως 215 εκ περίπου.
7. Να έχει τη δυνατότητα υπολογισμού του δείκτη μάζας σώματος (BMI).
8. Η πλατφόρμα ζύγισης να είναι διαστάσεων 43 x 43 x 7 εκ. περίπου και να καλύπτεται από αντιολισθητικό υλικό.
9. Ο ζυγός να φέρει ρόδες, για την εύκολη μεταφορά του.
10. Να λειτουργεί με ρεύμα ή/και μπαταρίες.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark, να συμμορφώνεται και να πληρούν όλους τους κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας.
2. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2016, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Data security, ISO 13485:15 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας». Επίσης, να πληροί την Υ.Α. ΔΥ88/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν.
3. Η προμηθεύτρια εταιρία να καταθέσει αποδεικτικά ότι έχει καταβάλλει το τελευταίο «ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3370/2005, άρθρο 48, παράγραφος 3 (ΦΕΚ 176Α'/11-07- 05). Αποδεικτικά αποτελούν: 1) η «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ» του τελευταίου έτους και 2) το σχετικό υποβληθέν ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ ΕΟΦ.
4. Με την τοποθέτηση του εξοπλισμού να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραίτητως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του συστήματος.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον.
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την παραλαβή του.
7. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται.

Κλητρώνης Ανδρέας
Δ/ντης Γ/κου - Μ/κου

Πολίτης Ανδρέας
6η ΥΠΕ - Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ
"Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΗΜΕΛΗΤΗΣ Α. Μ/Γ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Α.Μ. ΤΣΑΚ 126530

Σοφία Γιαννέλου
Μικία
ΣΤΑΝΝΑ