

ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΝΑ

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΤΡΑ 09-08-2023

ΑΡ.ΠΡΩΤ 33478

ΘΕΜΑ :Ζυγός πλατφόρμας για αναπηρικά καροτσάκια -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προσθήκη στοιχείων στις αρχικά ζητηθείσας προδιαγραφές

1. Ζυγός πλατφόρμας για αναπηρικά καροτσάκια με πτυσσόμενες ράμπες ,πλαϊνά πτυσσόμενα κιγκλιδώματα για στήριξη όρθιου ασθενούς
2. Να φέρει ψηφιακή οθόνη με ευδιάκριτες ενδείξεις και ένδειξη τουλάχιστον 5 ψηφίων
3. Να διαθέτει πλαϊνές πλαϊνές χειρολαβές μεταφοράς
4. Μέγιστο βάρος ζύγισης $\geq 300\text{kg}$
5. Λειτουργία με ηλεκτρικό ρεύμα (με συνήθη χρησιμοποιημένη στις πρίζες τάση)και δυνατότητα τοποθέτησης μπαταριών .Αυτόματο σβήσιμο μετά τη πάροδο 3 τουλάχιστον λεπτών χωρίς αλλαγή φορτίου .Άμεση ενεργοποίηση $\leq 15\text{sec}$
6. Υποδιαιρέσεις ελέγχου $\leq 100\text{ gr}$
7. Να είναι καινούριος και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία του.
8. Να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών
9. Να είναι πιστοποιημένος για ιατρική χρήση με βάση τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής κι Εθνικής νομοθεσίας
10. Υπολογιζόμενο κόστος 900ευρώ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1)ΤΕΓΟΥ ΖΩΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

2)ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

3)ΠΡΩΤΟΠΑΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ