

ΑΦΡΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

| |
|---|
| 1. Αφρός απολύμανσης και καθαρισμού επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού όπως θερμοευαίσθητες κεφαλές υπερήχων, monitors, εξαρτημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (απινιδωτές, ΗΚΓ, συσκευές ΜΕΘ ενηλίκων ,θερμοκοιτίδων κλπ) , tablets και οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών. |
| 2. Να μην περιέχει αλδεϋδες, αλκοόλες, άλατα αμμωνίου ή χλώριο. |
| 3. Να περιέχει μια ή περισσότερες δραστικές ουσίες , που πιστοποιημένα επιτυγχάνουν υψηλού βαθμού απολύμανση (υπεροξειδίο του υδρογόνου, υπεροξικό οξύ). |
| 4. Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών για ευαίσθητες επιφάνειες (μεταλλικές, πλαστικές, PVC,γυαλί κ.α) αλλά και εξοπλισμό όπως (κεφαλές υπερήχων κ.α) χωρίς να προκαλεί αλλοιώσεις και αποχρωματισμούς . |
| 5. Να είναι έτοιμος προς χρήση σε συσκευασία έως ένα λίτρο με σύστημα ψεκασμού σε μορφή αφρού ώστε να αποφεύγεται η εισπνοή εκνεφωμάτων από τον χρήστη. |
| 6. Να είναι δραστικό έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, ιών, με και χωρίς περίβλημα (HIV,HBV,HCV, Candida auris, Adeno κ.α), μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης καθώς και σπόρων (clostridium difficile) εντός 5 λεπτών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα έλεγχου απολυμαντικών συμπεριλαμβανομένου του EN 16615 για βακτηρίδια, μύκητες και μυκοβακτηρίδια. |
| 7. Να μην είναι τοξικό, ούτε ερεθιστικό για τον χρήστη κατά την εφαρμογή του απολυμαντικού στις συνιστώμενες δοσολογίες χρήσης. Να κατατεθεί οικοτοξικολογικό προφίλ του προϊόντος στα ελληνικά. |

Να κατατεθούν για την τεχνική αξιολόγηση των σκευασμάτων επί ποινή απόρριψης τα κάτωθι:

- Τα δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας των προσφερομένων προϊόντων (και ακριβή μετάφραση στην ελληνική και γλώσσα ,αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν) σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.
- Η φέρει έγκριση από τον ΕΟΦ ή Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο προϊόν για χρήση σε Νοσοκομεία και σήμανση CE Mark.
- Το οικοτοξικολογικό προφίλ του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα (και το Αγγλικό σε περίπτωση που πρόκειται για εισαγόμενο σκεύασμα).
- Τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παραγωγού κατά ISO 9001:2015, ISO13485:2016 και ISO 14001:2015
- Να συμπεριληφθεί δείγμα με την κατάθεση της προσφοράς.

**Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 5.200 ΕΥΡΩ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (6%).**

Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών :

1. Δεληγάκης Αποστόλης ΤΕ Νοσηλεύτης Λοιμώξεων
2. Μανωλοπούλου Χαρίκλεια ΤΕ Επ/τρια Δημόσιας Υγείας
3. Νικολάου Αικατερίνη ΤΕ Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων