

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ DRAEGER ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.500,00€+ΦΠΑ.

A/A	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	S/N	ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(€)
1	ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ	DRAEGER	ISOLETTE C2000	JG24460	1.300,00
2	ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ	DRAEGER	ISOLETTE C2000	JG24461	1.300,00
3	ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ	DRAEGER	ISOLETTE C2000	JG24462	1.300,00
4	ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ	DRAEGER	ISOLETTE C2000	JG24463	1.300,00
5	ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ	DRAEGER	ISOLETTE C2000	TC01414	1.300,00
6	ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ	DRAEGER	ISOLETTE C2000	TC01418	1.300,00
7	ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ	DRAEGER	ISOLETTE C2000	TC01428	1.300,00
8	ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ	DRAEGER	CALEO	ARUK-0076	1.400,00
9	ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ	DRAEGER	CALEO	ARUK-0077	1.400,00
10	ΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ	DRAEGER	TI 500	QH 00484	1.300,00
11	ΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ	DRAEGER	TI 500	LP05047	1.300,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Η συντήρηση περιλαμβάνει καθαρισμό, ρύθμιση, έλεγχο καθώς και κάθε μορφής απαιτούμενη εργασία για την επισκευή και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των μηχανημάτων, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
2. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι αισθητήρες οξυγόνου.
3. Οι έλεγχοι-μετρήσεις θα γίνονται με ειδικά διακριβωμένα όργανα για τα οποία θα κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης.
4. Όλα τα αναλώσιμα-ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών θα είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.
5. Η γενική συντήρηση-επισκευή των μηχανημάτων θα γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι θα είναι πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστικό οίκο ή θα

καταθέτουν βεβαιώσεις από άλλα Νοσοκομεία ότι έχουν συντηρήσει καλώς τα ίδια μοντέλα θερμοκοιτίδων και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τουλάχιστον δύο ετήσιες συμβάσεις συντήρησης. (Να κατατεθούν και οι συμβάσεις).

6. Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής θα γίνουν στους χώρους του νοσοκομείου.
7. Η εταιρεία θα πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών (εργασία- ανταλλακτικά), που θα παρουσιαστούν, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
8. Η εταιρεία θα καλύπτει όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου.
9. Ο τεχνικός της εταιρείας μετά από τηλεφωνική ή έγγραφη κλήση ή email, θα ευρίσκεται στο Νοσοκομείο εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.
10. Αθροιστικά ο χρόνος εκτός λειτουργίας για κάθε ένα μηχάνημα ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες.
11. Πέραν των οκτώ (8) ημερών η εταιρεία θα καταβάλει στο Νοσοκομείο μας ως ποινική ρήτρα τα προβλεπόμενα από το Ν 4412/2016.
12. Να κατατεθεί αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης με την λίστα των service kit.
13. Η σύμβαση θα καλύπτει και κάθε βελτίωση-αναβάθμιση που εκδίδει ο κατασκευαστής.
14. Η εργασία που θα πραγματοποιείται, θα αναφέρεται λεπτομερώς στο ειδικά συντασσόμενο κάθε φορά από τον τεχνικό Δελτίο Εργασίας, αντίγραφα του οποίου θα παραδίδονται στο Νοσοκομείο.
15. Ο ανάδοχος να διαθέτει τις πιστοποιήσεις EN ISO 9001, EN ISO 13485 και την ΚΥΑ 1348.
16. Κατά την διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση.
17. Το νοσοκομείο να διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί μονομερώς από την σύμβαση μηχανήματα, τα οποία δεν του είναι πλέον απαραίτητα.
18. Οι συμμετέχοντες να συντάξουν φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και να καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.