



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 54223/08-12-23



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για την προμήθεια πενήντα (50) κομοδίων ασθενών για την Καρδιολογική Κλινική, Πλαστική Κλινική και την Ορθοπαιδική Κλινική του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»**

**ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **Τεχνική περιγραφή**

Το κάθε κομοδίνο ασθενών να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

1. Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
2. Να διαθέτει ανεξάρτητη τροχήλατη τραπεζοτουαλέτα, η οποία να προσαρμόζεται και από τις δύο πλευρές του κομοδίνου. Η τραπεζοτουαλέτα να αποσπάται χωρίς να χρειάζεται η μετακίνηση του κομοδίνου.
3. Να διαθέτει ένα τουλάχιστον συρτάρι με προσθαφαιρούμενη πλαστική θήκη και τηλεσκοπικούς οδηγούς.
4. Να διαθέτει ντουλάπι με πόρτα και προσθαφαιρούμενο εσωτερικό ράφι.
5. Το σώμα, οι άνω και κάτω επιφάνειες, οι προσόψεις και το προσθαφαιρούμενο ράφι του κομοδίνου όπως επίσης και η άνω επιφάνεια της τραπεζοτουαλέτας να είναι από καλουπωτό θερμοπλαστικό. Οι χειρολαβές να είναι τύπου «χούφτα» διαμορφωμένες από το ίδιο θερμοπλαστικό υλικό (χωρίς πρόσθετα βιδωμένα εξαρτήματα). Το πλαστικό να είναι ανθεκτικό στη χάραξη και αντιμικροβιακής σύστασης ιόντων αργύρου. Να κατατεθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποιητικό σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση.
6. Η τραπεζοτουαλέτα να ρυθμίζεται καθ' ύψος μέσω χειροκίνητου μηχανισμού σταθεροποίησης (τύπου button) σε εύρος περίπου 25cm(±3).
7. Η τραπεζοτουαλέτα να διαθέτει κάλυμμα βάσης από καλουπωτό πλαστικό αντιμικροβιακής σύστασης ιόντων αργύρου. Να κατατεθεί πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση.

8. Το κομοδίνο και η τραπεζοτουαλέτα να διαθέτουν διπλούς πλαστικούς τροχούς διαμέτρου 50mm κατ' ελάχιστον.
9. Οι διαστάσεις του κομοδίνου να είναι περίπου 45 x 45 x 90 cm ( $\pm 3$ ).
10. Οι διαστάσεις της επιφάνειας του τραπεζιού να μην ξεπερνούν τα 60 x 35cm ( $\pm 3$ ).

#### **Γενικοί όροι**

1. Τα είδη να φέρουν σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους φορείς.
2. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. Να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
3. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και ISO 13485. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
4. Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστήριξης – διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
5. Αποστολή προμήθειας εντός εξήντα (60) ημερών από την ανακοίνωση της σύμβασης - ανάληψης εργασιών από το Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

#### **Προϋπολογισμός**

Κόστος ανά τεμάχιο: 790€ (εφτακόσια ενενήντα ευρώ) συμπ. ΦΠΑ.

Κόστος 50 ΚΟΜΟΔΙΝΩΝ

(ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ :20

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ :10

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ :20)

για το σύνολο της προμήθειας: 39.500,00€ (τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπ. ΦΠΑ