

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΗΓΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.500,00€+ΦΠΑ.**

1. Να είναι υψηλής ποιότητας τελευταίας τεχνολογίας φωτοδιόδων (LED).
2. Να είναι συμβατή με τα καλώδια φωτισμού που υπάρχουν στην κλινική (Karl Storz, Atmos) ,καθώς και με τα μετωπιαία κάτοπτρα της κλινικής.
3. Να διαθέτει εγγυημένη λειτουργία της λάμπας περί των 30.000 ωρών τουλάχιστον για λόγους οικονομίας του Νοσοκομείου.
4. Να διαθέτει ρύθμιση της έντασης της φωτεινότητας ανάλογα την επιθυμία του χρήστη.
5. Η θερμοκρασία χρώματος να είναι τουλάχιστον 6.400 K. για πιστή απόδοση των χρωμάτων.
6. Να συνοδεύεται από κατάλληλο καλώδιο φωτός μήκους 2,3 μέτρων τουλάχιστον και διαμέτρου περίπου 3,5 χιλ. Να είναι συμβατό με τα ενδοσκόπια της κλινικής (storz).
7. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να εκπαιδεύσει το Ιατρικό και τεχνικό προσωπικό στην χρήση και συντήρηση του εργαλείου χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
2. Να κατατεθεί πίνακας συμόρφωσης.
3. Να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, medical grade κλπ), τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας καθώς και Υγιεινής σε θέματα απολύμανσης. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
4. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04.

5. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραίτητως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών
6. Να κατατεθεί βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο δεκαετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά.
7. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο χρόνια εγγύηση.