



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Πάτρα 20/2/2024

Αριθμ. Πρωτ.: 7930

Ταχ. Δ/ση: Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 26335, Πάτρα.

Τμήμα Προμηθειών.

Πληροφορίες: Γεωργιάδης Γ.

Τηλ.: 2613-601-852 & 2613-601-872

e-mail: promithion@agandreashosp.gr

georgiadis@agandreashosp.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ UNIT».

**ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός «Πλήρους Οδοντιατρικού Unit», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

(CPV 33141620-2, ΚΑΕ 7131).

Σχετικά:

1) Οι νομοθετικές διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.

1.1) Ο Νόμος 3329/2005.

1.2) Ο Νόμος 4013/2011.

1.3) Ο Νόμος 4155/2013.

1.4) Το Προεδρικό Διάταγμα 28/2015.

1.5) Το Προεδρικό Διάταγμα 80/2016.

1.6) Ο Νόμος 4412/2016.

1.7) Το Π.Δ. 39/2017.

1.8) Ο Νόμος 4601/2019.

1.9) Ο Νόμος 4622/2019.

1.10) Ο Νόμος 4624/2019.

1.11) Ο Νόμος 4635/2019.

1.12) Ο Νόμος 4727/2020.

1.13) Ο Νόμος 4782/2021.

2) Τα έγγραφα και οι αποφάσεις.

2.1) Η υπ' αριθμ. 6/17-5-2023 (θέμα 5ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ00146906Λ-Γ9Ζ): Ορισμός μελών της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού για την προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας ενός «Πλήρους Οδοντιατρικού Unit».

2.2) Η υπ' αριθμ. 271/24-1-2024 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρεώσεων, (ΑΔΑ: ΨΦΥΤ46906Λ-ZBY).

2.3) Η υπ' αριθμ. 14/15-2-2024 (θέμα 2ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ77846906Λ-Ρ69): Έγκριση: α) πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, β) προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, γ) ορισμού μελών Επιτροπής αξιολόγησης, δ) προκήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ενός «Πλήρους Οδοντιατρικού Unit».

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Α) Υποψήφιοι ή οικονομικοί φορείς και σε περίπτωση Ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στα εξής:

α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας,

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Β) Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από την Ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός «Πλήρους Οδοντιατρικού Unit», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

(CPV 33141620-2, ΚΑΕ 7131).

Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρεται στο Παράρτημα της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

<i>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ</i>	<i>ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</i>	<i>ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</i>	<i>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</i>
20/2/2024 ημέρα Τρίτη	Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Καλαβρύτων 37 Τ.Κ. 26335	5/3/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ.	6/3/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ.μ.

Οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι 5/3/2024, Τρίτη και ώρα 14:00π.μ. στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, (Πρωτόκολλο), υπόψη κ. Γεωργιάδη.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή, στις 6/3/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ.μ.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Ο φάκελος θα φέρει στην εξωτερική του πλευρά τις εξής ενδείξεις:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Την λέξη «Προσφορά» με κεφαλαία γράμματα. 2. Την επωνυμία του Νοσοκομείου. 3. Τον τίτλο της παρούσας πρόσκλησης. 4. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης. 5. Την ημερομηνία προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών. 6. Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, e-mail). 7. Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία». |
|---|

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται οι εξής ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι:

1. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα εξής: α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και β) η τεχνική προσφορά σύμφωνα με απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.
3. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» στον οποίο περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Οι προσφορές υπογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου), γ) σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.

Στην προσφορά πρέπει απαραίτητως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της Ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής.

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

5.1) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

- Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 και 74 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4782/2021 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο οικονομικός φορέας έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας πρόσκλησης.

2. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή όπως ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης «Τεχνικές Προδιαγραφές».

Η προσφορά, τα περιλαμβανόμενα στοιχεία και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

3. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι οι οικονομικοί φορείς συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας.

5.2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η εκάστοτε τιμή της προσφοράς δίνεται σε ευρώ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η εκάστοτε τιμή της προσφοράς είναι σταθερή καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

- α) δεν δίνεται τιμή σε ευρώ ή που καθορίζεται σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα,
- β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016,
- γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.

5.3) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

1. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του ΓΕΜΗ των ως άνω Επιμελητηρίων, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή εκτός εάν φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73, παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

3. Αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την ΑΑΔΕ σχετικά με την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα.

4. Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα.

5. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος, πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει τα εξής:

- δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
- δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 4 γ έως θ του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, λόγοι αποκλεισμού.
- δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

7. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί ισχύουσας εκπροσώπησης το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, εκτός αν φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Στις περιπτώσεις οικονομικών φορέων που δεν εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων, διοίκησης σε σώμα κτλ ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), να είναι συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις, εφ' όσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφ' όσον έχουν συνταχθεί μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής τους.

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για το χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 7: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά, στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση,

β) όταν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφ' όσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφ' όσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωση της,

γ) όταν ο οικονομικός φορέας δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,

δ) όταν είναι αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά,

ε) όταν υποβάλλεται από έναν οικονομικό φορέα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές,

ζ) όταν είναι υπό αίρεση,

η) όταν θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) όταν παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να πραγματοποιηθεί σ' ένα ενιαίο στάδιο από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας.

Συγκεκριμένα, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά, η τεχνική προσφορά και η οικονομική προσφορά ανά φύλλο.

Η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στη συνέχεια, ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα συγκριτικών τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό Ανάδοχο.

Κατόπιν, η Επιτροπή προβαίνει στην υπογραφή και στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Για την αξιολόγηση των ανωτέρω, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο θα επικυρωθεί με την Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες.

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα την διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα για τα εξής:

α) να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού,

β) να αποφασίσει τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης,

γ) να αποφασίσει τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και να προσφύγει στην διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016,

δ) αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς την διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με τα οριζόμενα του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων, συμπληρώνεται η σχετική σύμβαση.

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας στον προσωρινό Ανάδοχο, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωρινού Αναδόχου στον οποίο τελικά νόμιμα και έγκαιρα κατακυρώθηκε η ανάθεση, υπογράφεται η σύμβαση που συντάσσεται με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση και στην προσφορά του.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελείται όταν πραγματοποιηθεί η πληρωμή του ολόκληρου του τιμήματος και όταν εκπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις. Αναφορικά με το παρόν άρθρο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η τροποποίηση των όρων της παρούσας γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο προϋποθέτει ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο.

Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δικές του δαπάνες για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί, βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς τον Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4412/2013 δύναται ν' ασκήσει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης εφ' όσον συντρέχει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

-Η παρ. 5 ή παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (τΑ' 115).

-Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

-Ο Ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από την διαδικασία της σύναψης σύμβασης.

-Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ που έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 16: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.

Σχετικά με τον χρόνο παράδοσης, τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206, 208, 209 του Ν. 4412/2016 αντίστοιχα. Ο Ανάδοχος όπως αναφέρει στην προσφορά του, οφείλει να παραδώσει το αντικείμενο της σύμβασης εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της παρούσας σύμβασης με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα δική του.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής που πρέπει να συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και τους όρους της σύμβασης. Αν διαπιστωθεί διαφορά τότε θα πρέπει να ενημερωθεί ο Ανάδοχος με τις αντίστοιχες παρατηρήσεις. Η παραλαβή γίνεται από αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Αν η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή μέσα στον οριζόμενο χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ.

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

Ειδικότερα δεν κηρύσσεται έκπτωτος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) το αντικείμενο της σύμβασης δεν παραδοθεί και δεν εγκατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Αν ο Ανάδοχος δεν μεριμνήσει για την έγκαιρη παράδοση τότε επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, η είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο Ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.

Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας (η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφ' όσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής).

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή ή σε ανωτέρα βία. Οι ρήτρες καθυστέρησης της παράδοσης θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του.

Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το αντικείμενο της σύμβασης περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

Ο Ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Ειδικότερα σε περιπτώσεις που δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση με Φ.Π.Α. και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

Ακόμη μπορεί να επιβληθεί ο αποκλεισμός του Αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 18: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας βάσει του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά πριν τη λήξη της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στον Ανάδοχο, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 19: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.

Η αρμόδια Επιτροπή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της καθώς και τα εξουσιοδοτημένα άτομα από την Αναθέτουσα Αρχή οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν τεχνικά θέματα, εμπορικά ζητήματα, μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας που αφορούν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η τροποποίηση των όρων της παρούσας γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 21. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στις εξής ιστοσελίδες:

α) Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα «Διαύγεια»: <https://et.diavgeia.gov.gr>

β) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): <http://www.eprocurement.gov.gr>

γ) Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»: www.agandreashosp.gr

**Ο Διοικητής
του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
«Ο Άγιος Ανδρέας».**

ILIAS THEODOROPOULOS
20/02/2024 10:19
Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Η οδοντιατρική μονάδα να είναι κατάλληλη για οδοντιατρική χρήση, πλήρης, καινούργια, αμεταχειρίστη, ανθεκτικής κατασκευής, τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας αναγνωρισμένου οίκου και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία της.
2. Όλα τα τμήματα που συγκροτούν το οδοντιατρικό μηχάνημα να είναι σε σειρά παραγωγής. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση για το έτος κυκλοφορίας τους και το εργοστάσιο κατασκευής τους.
3. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220-230-250V/50Hz και αν απαιτείται η τροφοδότηση να είναι χαμηλής τάσης 24V.
4. Όλα τα μεταλλικά μέρη του μηχανήματος να είναι αντοχής, ανοξειδωτα ηλεκτροστατικής βαφής και να έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία αντισκωριακής προστασίας, ικανά να δεχτούν απολύμανση.
5. Η ποιότητα κατασκευής των επιμέρους στοιχείων της να είναι υψηλή, ανθεκτική και ικανή να δεχθεί απολύμανση σε όλα τα μέρη της, χωρίς αυτά να αλλοιώνονται.

Θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη:

- A. Οδοντιατρική έδρα.
- B. Ταμπλέτα κοπτικών.
- Γ. Ποδοδιακόπτη.
- Δ. Πτυελοδοχείο.
- E. Ταμπλέτα βοηθού.
- ΣΤ. Προβολέας.
- Z. ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΑ.
- H. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ.

A. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ

Η οδοντιατρική έδρα θα πρέπει:

1. Να διαθέτει σταθερή βάση:
 - a) για να αποτρέπεται η κινητικότητα της έδρας και
 - b) να αφήνει ελεύθερο χώρο για την εργασία του ιατρού από οποιαδήποτε γωνία και θέση (καθιστός ή όρθιος).
 - c) Τα ανωτέρω να είναι ευκρινή στην εικόνα των κατατιθεμένων φυλλαδίων.
2. Να διαθέτει ηλεκτρομηχανικό σύστημα που να επιτρέπει την αθόρυβη κίνηση με ασθενείς βάρους τουλάχιστον 160Kg (επιπλέον του βάρους του μηχανήματος).
3. Να εκτελεί κινήσεις:
 - a) Επάνω και κάτω (ελάχιστο εύρος κινήσεων περίπου 400-800 mm).
 - b) Από όρθια στάση πλάτης (90⁰) έως πλήρη οριζοντίωση (180⁰).
 - c) Ρύθμιση ύψους πλάτης ηλεκτρομηχανικά.
4. Το στήριγμα κεφαλής (κεφαλωτό) να είναι:
 - a) αρθρωτό,
 - b) ανεξάρτητο από την πλάτη,
 - c) με ανατομικό μαξιλάρι,
 - d) 2 αξόνων κίνησης,
 - e) να μπορεί να εκτελεί μετακινήσεις της κεφαλής αυτόνομες, μεγάλης διαδρομής προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σε ψηλότερους ασθενείς και σε άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο.
5. Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) μνήμες θέσεων.

6. Να διαθέτει εργονομική σχεδίαση και κατασκευή με αθόρυβο σύστημα κίνησης. Να διατηρεί την ανατομικότητα της κατά την κίνηση να διευκολύνει τον καθαρισμό και την απολύμανση της.
7. Να διαθέτει μη πορώδη υλικά επένδυσης μεγάλης αντοχής σε μηχανικές ή χημικές καταπονήσεις. Να μη φέρουν πτυχές και ραφές, για να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και να μπορούν να αντικαθίστανται τμηματικά τυχόν φθαρμένα μέρη της. Να διαθέτει επιπλέον προστατευτικό πλαστικό εξάρτημα (όχι κάλυμμα σε ταπετσαρία) στο ύψος των ποδιών αντοχής σε τριβές.
8. Να συνοδεύεται από ανατομικό κάθισμα οδοντιάτρου με :
 - a) ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος και
 - b) ρυθμιζόμενη στήριξη πλάτης.

Β. ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ

1. Να σταθεροποιείται με σύστημα αερόφρενου.
2. Να διαθέτει πολυαρθρωτό βραχίονα, στηριζόμενο στην έδρα. Ο βραχίονας να είναι ικανού μήκους με δυνατότητα κίνησης, για να επιτρέπει στο χρήστη άνετη προσέγγιση σε όλο το πεδίο εργασίας και ακινητοποίηση στην επιθυμητή θέση λειτουργίας.
3. Να διαθέτει χειριστήριο ιατρού ρυθμιζόμενης κλίσης για χειρισμό της μονάδας (δυνατότητα προγραμματισμού, ρύθμισης ισχύος κοπτικών), του πτυελοδοχείου, του προβολέα, του ποτηριού του ασθενούς και της έδρας.
4. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά στην απολύμανση.
5. Οι διακόπτες να είναι επαφής και να διαθέτουν κατάλληλο κάλυμμα προκειμένου να μην οξειδώνονται στον καθαρισμό και την απολύμανση.
6. Να διαθέτει ανοξειδωτο δίσκο εργαλείων αφαιρούμενο και κλιβανιζόμενο.
7. Να διαθέτει αυτόνομη ρύθμιση νερού για κάθε θέση εργαλείου χωριστά.
8. Τα κορδόνια να είναι ευθεία και όχι σπирάλ. Τοποθετημένα στο από κάτω μέρος της ταμπλέτας με άνετη κίνηση σε όλο το πεδίο (360°).
9. Να διαθέτει κατάλληλο σχεδιασμό της βάσης των χειρολαβών για να αποφεύγεται η πτώση των χειρολαβών.
10. Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) θέσεις κοπτικών οι οποίες να περιλαμβάνουν τον παρακάτω εξοπλισμό:
 - a) Μία θέση υδροαεροσύριγγας (αέρας - νερό - σπρέι) με όλα τα εξωτερικά της τμήματα αποστειρούμενα σε αυτόκαυστο κλίβανο.
 - b) Μία φωτεινή γραμμή αερότορ.
 - c) Μία φωτεινή γραμμή αερότορ.
 - d) Μία θέση ηλεκτρικού μικρομότορ με φως και spray, από 1000 rpm ως τουλάχιστον 40.000 rpm.
 - e) Μία θέση για συσκευή αποτρύγωσης, ενσωματωμένη στο μηχάνημα, συνοδευόμενη από μία (1) χειρολαβή και τουλάχιστον πέντε (5) ξέστρα.

Γ. ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

- 1) Να διαθέτει ανακλινόμενο άγκιστρο μεταφοράς από το πόδι του χειριστή.
- 2) Να διαθέτει αντιολισθητική βάση
- 3) Να είναι πολλαπλών λειτουργιών: ταμπλέτας, έδρας και προβολέα.
 - a) Να ελέγχει τις κινήσεις της έδρας ασθενούς με μοχλό.
 - b) Να διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης-απενεργοποίησης προβολέα.
 - c) Να ελέγχει τα κοπτικά εργαλεία.
 - d) Να ελέγχει την παροχή νερού στα κοπτικά εργαλεία.
 - e) Να διαθέτει εργονομικό ποδοχειριστήριο πατητό με σταδιακή ρύθμιση στροφών (min-max) των μικρομότορς.

Δ. ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ

1. Να έχει δυνατότητα περιστροφής 180°.
2. Να μπορεί να κινηθεί από και προς τον ασθενή.
3. Να είναι αποσπώμενο και αποστειρούμενο.
4. Να είναι πορσελάνινο και ανθεκτικό στα χτυπήματα και τις χρωστικές.
5. Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση του χρόνου ροής του νερού τόσο στο πτυελοδοχείο όσο και στο ποτηράκι του ασθενούς.
6. Να έχει την δυνατότητα η ενεργοποίηση της κίνησης και της ροής του νερού, να γίνονται από διακόπτες της ταμπλέτας κοπτικών.
7. Να διαθέτει φίλτρο κατακράτησης στερεών στην λεκάνη καθώς και δυο φίλτρα στους δυο σωληνίσκους αναρρόφησης.
8. Τα σωληνάκια παροχής νερού να είναι ανοξειδωτα και αφαιρούμενα.

Ε. ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΒΟΗΘΟΥ

1. Να διαθέτει χειριστήριο με διακόπτες για χειρισμό του πτυελοδοχείου, του ποτηριού, του προβολέα και της έδρας. Οι διακόπτες να είναι επαφής και να διαθέτουν κατάλληλο κάλυμμα προκειμένου να μην οξειδώνονται στον καθαρισμό και την απολύμανση.
2. Να είναι εξοπλισμένη με θέση σωλήνων αναρρόφησης και σιελαντλίας και δυο θέσεις ελεύθερες.
3. Να διαθέτει ένα ρύγχος σιελαντλίας και ένα ρύγχος χειρουργικής αναρρόφησης κλιβανιζόμενα σε αυτόκαυστο κλίβανο.
4. Να διαθέτει υδρο-αεροσύριγγα (αέρας - νερό - σπρέι) με όλα τα εξωτερικά.

ΣΤ. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

1. Να στηρίζεται στην έδρα.
2. Να είναι αναρτημένος σε πολύσπαστο αρθρωτό σύστημα και να εκτελεί κινήσεις σε όλους τους άξονες (άνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, ρύθμιση γωνίας πρόσπτωσης δέσμης κλπ).
3. Να διαθέτει μηχανισμό αυτόματου φρένου.
4. Να είναι τεχνολογίας LED με ρυθμιζόμενη ένταση ως 50.000 LUX και ρύθμιση θερμότητας φωτός από 4000 έως 6000 K.
5. Να έχει ρυθμιζόμενη ένταση φωτός κατάλληλη για χρήση φωτοπολυμεριζόμενων υλικών (ρητινών ή composite) και ρυθμιζόμενη εστίαση.
6. Να διαθέτει προοδευτική ρύθμιση φωτισμού με ηλεκτρονικό έλεγχο της φωτεινότητας, που να ενεργοποιείται με μοχλό ή αισθητήρα, ρυθμίζοντας την ισχύ του φωτός από τη μέγιστη σε ελάχιστη ισχύ χωρίς διακοπή, διατηρώντας τη θερμοκρασία χρώματος σταθερή.
7. Να έχει ρυθμιζόμενη εστίαση.
8. Να είναι πλήρως σκιαλυτικός.
9. Να διαθέτει χερούλια αποσπώμενα και αποστειρούμενα σε αυτόκαυστο κλίβανο.

Ζ. ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΑ

1. Να διαθέτει σε ξεχωριστό μπράτσο και όχι ενσωματωμένο στο πτυελοδοχείο το άκρο ισχυρής σιελαντλίας.

Η. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

- 1) Να διαθέτει σε ξεχωριστό μπράτσο και όχι ενσωματωμένο στο πτυελοδοχείο το άκρο χειρουργικής αναρρόφησης.
- 2) Το μοτέρ της χειρουργικής αναρρόφησης να είναι ισχύος τουλάχιστον 500 Watt και να καλύπτεται από ηχομονωτικό κουτί και με κατάλληλο εξασρισμό.
- 3) Το μοτέρ θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο εκτός του οδοντιατρικού ιατρείου και να λειτουργεί αποδοτικά από απόσταση.
- 4) Το μοτέρ της χειρουργικής αναρρόφησης να είναι:
 - a) ανεξάρτητο,
 - b) κλειστού τύπου,
 - c) συνεχούς εκροής,
 - d) χωρίς κάδο συγκέντρωσης λυμάτων,
- 5) Να διαθέτει διαχωριστή αμαλγάματος ο οποίος να συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 11143.
- 6) Στον διαχωριστή αμαλγάματος να υπάρχει δυνατότητα οπτικής εκτίμησης πληρότητας.
- 7) Ο διαχωριστής:
 - a) να είναι επισκέψιμος, επαναχρησιμοποιούμενος και να υπάρχει δυνατότητα αδειάσματος.
 - b) να λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικά εξαρτήματα, αθόρυβα.
 - c) να εγκαθίσταται εύκολα, να παρέχονται οδηγίες εγκατάστασης και να διατίθεται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σύνδεσή του (σωλήνες, συνδετήρες σωλήνων αποβλήτων, προσαρμογείς).
 - d) να διατίθεται με δύο (2) χρόνια εγγύηση χωρίς την ανακύκλωση του αμαλγάματος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

1. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συντάξουν φύλλο συμμόρφωσης για το προσφερόμενο μηχάνημα και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επίσημων φυλλαδίων (όχι φωτοαντίγραφα) ή επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια.
Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.
2. Το προσφερόμενο είδος να φέρει σήμανση CE Mark σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC και να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
3. Οι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν τα πιστοποιητικά:
 - EN ISO 13485:2016 του κατασκευαστικού οίκου του μηχανήματος με πεδίο διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 - EN ISO 9001:2015 του αντιπροσώπου με πεδίο διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 - EN ISO 13485:2016 του αντιπροσώπου με πεδίο διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 - Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 του αντιπροσώπου.
 - ένταξης σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν. 2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.
4. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος από την ανάδοχο εταιρία να γίνει πλήρης εγκατάσταση, επίδειξη και απαραίτητως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.
5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του συστήματος είναι να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης – επισκευής στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα οι οποίες να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή.
6. Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την παραλαβή του μηχανήματος. Ως ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.
7. Μετά το πέρας της εγγύησης να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο η παροχή ανταλλακτικών, εξαρτημάτων για διάστημα οκτώ (8) ετών.
8. Να υπάρχει υπεύθυνο service από την προμηθεύτρια εταιρία και να αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία, των τεχνικών της προμηθεύτριας εταιρίας επί του προσφερόμενου μοντέλου.
9. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει το όριο των εξήντα (60) ημερών, στον χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας του.
10. Ο προμηθευτής οφείλει να τηρεί κατά την διάρκεια της εγγύησης ότι προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού.
11. Οι συντηρήσεις – επισκευές θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από πιστοποιημένους τεχνικούς του οίκου και θα παραδίδονται δελτία εργασίας σε τεχνικούς του Νοσοκομείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1) Η οδοντιατρική μονάδα να είναι κατάλληλη για οδοντιατρική χρήση, πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, ανθεκτικής κατασκευής, τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας αναγνωρισμένου οίκου και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία της.	ΝΑΙ		
2) Όλα τα τμήματα που συγκροτούν το οδοντιατρικό μηχάνημα να είναι σε σειρά παραγωγής. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση για το έτος κυκλοφορίας τους και το εργοστάσιο κατασκευής τους.	ΝΑΙ		
3) Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220-230-250V/50Hz και αν απαιτείται η τροφοδότηση να είναι χαμηλής τάσης 24V.	ΝΑΙ		
4) Όλα τα μεταλλικά μέρη του μηχανήματος να είναι αντοχής, ανοξειδωτα ηλεκτροστατικής βαφής και να έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία αντισκωριακής προστασίας, ικανά να δεχτούν απολύμανση.	ΝΑΙ		
5) Η ποιότητα κατασκευής των επιμέρους στοιχείων της να είναι υψηλή, ανθεκτική και ικανή να δεχθεί απολύμανση σε όλα τα μέρη της, χωρίς αυτά να αλλοιώνονται.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη: Α. Οδοντιατρική έδρα. Β. Ταμπλέτα κοπτικών. Γ. Ποδοδιακόπτη. Δ. Πτυελοδοχείο. Ε. Ταμπλέτα βοηθού. ΣΤ. Προβολέας. Ζ. Σιελαντλία. Η. Χειρουργική αναρρόφηση.	ΝΑΙ		
Α) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ. 1) Η οδοντιατρική έδρα θα πρέπει: Να διαθέτει σταθερή βάση: -για να αποτρέπεται η κινητικότητα της έδρας και -να αφήνει ελεύθερο χώρο για την εργασία του ιατρού από οποιαδήποτε γωνία και θέση (καθιστός ή όρθιος). Τα ανωτέρω να είναι ευκρινή στην εικόνα των κατατιθεμένων φυλλαδίων.	ΝΑΙ		
2) Να διαθέτει ηλεκτρομηχανικό σύστημα που να επιτρέπει την αθόρυβη κίνηση με ασθενείς βάρους τουλάχιστον 160Kg (επιπλέον του βάρους του μηχανήματος).	ΝΑΙ		
3) Να εκτελεί κινήσεις: -Επάνω και κάτω(ελάχιστο εύρος κινήσεων περίπου 400-800 mm). -Από όρθια στάση πλάτης (90 ⁰) έως πλήρη οριζοντίωση (180 ⁰). -Ρύθμιση ύψους πλάτης ηλεκτρομηχανικά.	ΝΑΙ		

<p>4) Το στήριγμα κεφαλής(κεφαλωτό) <i>να είναι:</i> -αρθρωτό, -ανεξάρτητο από την πλάτη, -με ανατομικό μαξιλάρι, -2 αξόνων κίνησης, -να μπορεί να εκτελεί μετακινήσεις της κεφαλής αυτόνομες, μεγάλης διαδρομής προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σε ψηλότερους ασθενείς και σε άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>5) Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) μνήμες θέσεων.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>6) Να διαθέτει εργονομική σχεδίαση και κατασκευή με αθόρυβο σύστημα κίνησης. Να διατηρεί την ανατομικότητα της κατά την κίνηση να διευκολύνει τον καθαρισμό και την απολύμανση της.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>7) Να διαθέτει μη πορώδη υλικά επένδυσης μεγάλης αντοχής σε μηχανικές ή χημικές καταπονήσεις. Να μη φέρουν πτυχές και ραφές, για να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και να μπορούν να αντικαθίστανται τμηματικά τυχόν φθαρμένα μέρη της. Να διαθέτει επιπλέον προστατευτικό πλαστικό εξάρτημα (όχι κάλυμμα σε ταπετσαρία)στο ύψος των ποδιών αντοχής σε τριβές.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>8) Να συνοδεύεται από ανατομικό κάθισμα οδοντιάτρου με : -ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος και -ρυθμιζόμενη στήριξη πλάτης.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>Β) ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>1) Να σταθεροποιείται με σύστημα αερόφρενου.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>2) Να διαθέτει πολυαρθρωτό βραχίονα, στηριζόμενο στην έδρα. Ο βραχίονας να είναι ικανού μήκους με δυνατότητα κίνησης, για να επιτρέπει στο χρήστη άνετη προσέγγιση σε όλο το πεδίο εργασίας και ακινητοποίηση στην επιθυμητή θέση λειτουργίας.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>3) Να διαθέτει χειριστήριο ιατρού ρυθμιζόμενης κλίσης για χειρισμό της μονάδας (δυνατότητα προγραμματισμού, ρύθμισης ισχύος κοπτικών), του πτυελοδοχείου, του προβολέα, του ποτηριού του ασθενούς και της έδρας.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>4) Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά στην απολύμανση.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>5) Οι διακόπτες να είναι επαφής και να διαθέτουν κατάλληλο κάλυμμα προκειμένου να μην οξειδώνονται στον καθαρισμό και την απολύμανση.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>6) Να διαθέτει ανοξειδωτο δίσκο εργαλείων αφαιρούμενο και κλιβανιζόμενο.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		

7) Να διαθέτει αυτόνομη ρύθμιση νερού για κάθε θέση εργαλείου χωριστά.	ΝΑΙ		
8) Τα κορδόνια να είναι ευθεία και όχι σπирάλ. Τοποθετημένα στο από κάτω μέρος της ταμπλέτας με άνετη κίνηση σε όλο το πεδίο (360°).	ΝΑΙ		
9) Να διαθέτει κατάλληλο σχεδιασμό της βάσης των χειρολαβών για να αποφεύγεται η πτώση των χειρολαβών.	ΝΑΙ		
10) Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) θέσεις κοπτικών οι οποίες να περιλαμβάνουν τον παρακάτω εξοπλισμό: -Μία θέση υδροαεροσύριγγας (αέρας - νερό - σπρέι) με όλα τα εξωτερικά της τμήματα αποστειρούμενα σε αυτόκαυστο κλίβανο. -Μία φωτεινή γραμμή αερότορ. -Μία φωτεινή γραμμή αερότορ. -Μία θέση ηλεκτρικού μικρομότορ με φως και spray, από 1000 rpm ως τουλάχιστον 40.000 rpm. -Μία θέση για συσκευή αποτρύγωσης, ενσωματωμένη στο μηχάνημα, συνοδευόμενη από μία (1) χειρολαβή και τουλάχιστον πέντε (5) ξέστρα.	ΝΑΙ		
Γ) ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ.	ΝΑΙ		
1) Να διαθέτει ανακλινόμενο άγκιστρο μεταφοράς από το πόδι του χειριστή.	ΝΑΙ		
2) Να διαθέτει αντιολισθητική βάση.	ΝΑΙ		
3) Να είναι πολλαπλών λειτουργιών: ταμπλέτας ,έδρας και προβολέα. -Να ελέγχει τις κινήσεις της έδρας ασθενούς με μοχλό. -Να διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης-απενεργοποίησης προβολέα. -Να ελέγχει τα κοπτικά εργαλεία. -Να ελέγχει την παροχή νερού στα κοπτικά εργαλεία. -Να διαθέτει εργονομικό ποδοχειριστήριο πατητό με σταδιακή ρύθμιση στροφών (min-max) των μικρομότορς.	ΝΑΙ		
Δ) ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ.	ΝΑΙ		
1) Να έχει δυνατότητα περιστροφής 180°.	ΝΑΙ		
2) Να μπορεί να κινηθεί από και προς τον ασθενή.	ΝΑΙ		
3) Να είναι αποσπώμενο και αποστειρούμενο.	ΝΑΙ		
4) Να είναι πορσελάνινο και ανθεκτικό στα χτυπήματα και τις χρωστικές.	ΝΑΙ		
5) Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση του χρόνου ροής του νερού τόσο στο πτυελοδοχείο όσο και στο ποτηράκι του ασθενούς.	ΝΑΙ		

6) Να έχει την δυνατότητα η ενεργοποίηση της κίνησης και της ροής του νερού, να γίνονται από διακόπτες της ταμπλέτας κοπτικών.	ΝΑΙ		
7) Να διαθέτει φίλτρο κατακράτησης στερεών στην λεκάνη καθώς και δυο φίλτρα στους δυο σωληνίσκους αναρρόφησης.	ΝΑΙ		
8) Τα σωληνάκια παροχής νερού να είναι ανοξειδωτα και αφαιρούμενα.	ΝΑΙ		
Ε) ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΒΟΗΘΟΥ.	ΝΑΙ		
1) Να διαθέτει χειριστήριο με διακόπτες για χειρισμό του πτυελοδοχείου, του ποτηριού, του προβολέα και της έδρας. Οι διακόπτες να είναι επαφής και να διαθέτουν κατάλληλο κάλυμμα προκειμένου να μην οξειδώνονται στον καθαρισμό και την απολύμανση.	ΝΑΙ		
2) Να είναι εξοπλισμένη με θέση σωλήνων αναρρόφησης και σιελαντλίας και δυο θέσεις ελεύθερες.	ΝΑΙ		
3) Να διαθέτει ένα ρύγχος σιελαντλίας και ένα ρύγχος χειρουργικής αναρρόφησης κλιβανιζόμενα σε αυτόκαυστο κλίβανο.	ΝΑΙ		
4) Να διαθέτει υδρο-αεροσύριγγα (αέρας - νερό - σπρέι) με όλα τα εξωτερικά.	ΝΑΙ		
ΣΤ) ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ.	ΝΑΙ		
1) Να στηρίζεται στην έδρα.	ΝΑΙ		
2) Να είναι αναρτημένος σε πολύσπαστο αρθρωτό σύστημα και να εκτελεί κινήσεις σε όλους τους άξονες (άνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, ρύθμιση γωνίας πρόσπτωσης δέσμης κλπ).	ΝΑΙ		
3) Να διαθέτει μηχανισμό αυτόματου φρένου.	ΝΑΙ		
4) Να είναι τεχνολογίας LED με ρυθμιζόμενη ένταση ως 50.000 LUX και ρύθμιση θερμότητας φωτός από 4000 έως 6000 K.	ΝΑΙ		
5) Να έχει ρυθμιζόμενη ένταση φωτός κατάλληλη για χρήση φωτοπολυμεριζόμενων υλικών (ρητινών ή composite) και ρυθμιζόμενη εστίαση.	ΝΑΙ		
6) Να διαθέτει προοδευτική ρύθμιση φωτισμού με ηλεκτρονικό έλεγχο της φωτεινότητας, που να ενεργοποιείται με μοχλό ή αισθητήρα, ρυθμίζοντας την ισχύ του φωτός από τη μέγιστη σε ελάχιστη ισχύ χωρίς διακοπή, διατηρώντας τη θερμοκρασία χρώματος σταθερή.	ΝΑΙ		
7) Να έχει ρυθμιζόμενη εστίαση.	ΝΑΙ		

8) Να είναι πλήρως σκιαλυτικός.	ΝΑΙ		
9) Να διαθέτει χερούλια αποσπώμενα και αποστειρούμενα σε αυτόκαυστο κλίβανο.	ΝΑΙ		
Ζ) ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΑ. 1) Να διαθέτει σε ξεχωριστό μπράτσο και όχι ενσωματωμένο στο πτυελοδοχείο το άκρο ισχυρής σιελαντλίας.	ΝΑΙ		
Η) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ. 1) Να διαθέτει σε ξεχωριστό μπράτσο και όχι ενσωματωμένο στο πτυελοδοχείο το άκρο χειρουργικής αναρρόφησης.	ΝΑΙ		
2) Το μοτέρ της χειρουργικής αναρρόφησης να είναι ισχύος τουλάχιστον 500 Watt και να καλύπτεται από ηχομονωτικό κουτί και με κατάλληλο εξαερισμό.	ΝΑΙ		
3) Το μοτέρ θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο εκτός του οδοντιατρικού ιατρείου και να λειτουργεί αποδοτικά από απόσταση.	ΝΑΙ		
4) Το μοτέρ της χειρουργικής αναρρόφησης να είναι: -ανεξάρτητο, -κλειστού τύπου, -συνεχούς εκροής, -χωρίς κάδο συγκέντρωσης λυμάτων.	ΝΑΙ		
5) Να διαθέτει διαχωριστή αμαλγάματος ο οποίος να συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 11143.	ΝΑΙ		
6) Στον διαχωριστή αμαλγάματος να υπάρχει δυνατότητα οπτικής εκτίμησης πληρότητας.	ΝΑΙ		
7) Ο διαχωριστής: -να είναι επισκέψιμος, επαναχρησιμοποιούμενος και να υπάρχει δυνατότητα αδειάσματος. -να λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικά εξαρτήματα, αθόρυβα. -να εγκαθίσταται εύκολα, να παρέχονται οδηγίες εγκατάστασης και να διατίθεται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σύνδεσή του (σωλήνες, συνδετήρες σωλήνων αποβλήτων, προσαρμογείς). -να διατίθεται με δύο (2) χρόνια εγγύηση χωρίς την ανακύκλωση του αμαλγάματος.	ΝΑΙ		

<p>ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.</p> <p>1) Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συντάξουν φύλλο συμμόρφωσης για το προσφερόμενο μηχάνημα και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επίσημων φυλλαδίων (όχι φωτοαντίγραφα) ή επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>2) Το προσφερόμενο είδος να φέρει σήμανση CE Mark σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC και να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>3) Οι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν τα πιστοποιητικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 13485:2016 του κατασκευαστικού οίκου του μηχανήματος με πεδίο διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. • EN ISO 9001:2015 του αντιπροσώπου με πεδίο διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. • EN ISO 13485:2016 του αντιπροσώπου με πεδίο διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. • Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 του αντιπροσώπου. • ένταξης σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν. 2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006. 	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>4) Με την τοποθέτηση του μηχανήματος από την ανάδοχο εταιρία να γίνει πλήρης εγκατάσταση, επίδειξη και απαραίτητως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>5) Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του συστήματος είναι να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης – επισκευής στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα οι οποίες να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>6) Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την παραλαβή του μηχανήματος. Ως ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>7) Μετά το πέρας της εγγύησης να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο η παροχή ανταλλακτικών, εξαρτημάτων για διάστημα οκτώ (8) ετών.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		

8) Να υπάρχει υπεύθυνο service από την προμηθεύτρια εταιρία και να αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία, των τεχνικών της προμηθεύτριας εταιρίας επί του προσφερόμενου μοντέλου.	ΝΑΙ		
9) Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει το όριο των εξήντα (60) ημερών, στον χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας του.	ΝΑΙ		
10) Ο προμηθευτής οφείλει να τηρεί κατά την διάρκεια της εγγύησης ότι προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού.	ΝΑΙ		
11) Οι συντηρήσεις – επισκευές θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από πιστοποιημένους τεχνικούς του οίκου και θα παραδίδονται δελτία εργασίας σε τεχνικούς του Νοσοκομείου.	ΝΑΙ		

