

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ**

**Αρ. πρωτόκολλου :10421/05-03-2024**

- Βελονάκια μιας χρήσεως με διάμετρο 31G 6mm & 8mm και 32G 4mm & 6mm ,να είναι συμβατές με όλες τις πένες χορήγησης ινσουλίνης.
- Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε ενήλικες , παρέχοντας άνεση και αξιοπιστία (καθώς η διαχείριση υγειονομικού του Νοσοκομείου δεν εξυπηρετεί παιδιά)
- Η βελόνα να έχει λοξότμηση κάνοντας την ένεση πιο ανώδυνη και να είναι κατασκευασμένη με ειδικής χειρουργικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι.
- Με ενσωματωμένο διαφανές κάλυμμα για λόγους ασφαλείας ,καθώς και κάλυμμα εσωτερικό της βελόνας
- Με επίστρωση σιλικόνης για λιγότερες τριβές ώστε να μην υπάρχει πόνος, με λεπτά τοιχώματα για εύκολη ροή της ινσουλίνης
- Αποστείρωση ,στείρο μη πυριτογόνο ,μη τοξικό περιβάλλον των προϊόντων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
- Να είναι σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία , με δείκτη αποστείρωσης, να φέρει σήμανση CE και να είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO .
- Να είναι μη τοξικές και χωρίς λάτεξ
- Να διατίθενται σε συσκευασία των 100 τουλάχιστον τεμαχίων.
- Ετήσια ποσότητα~100.000τεμ. ~ 0,040€ + Φ.Π.Α ανά τεμ.

### **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**1.ΣΩΡΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ**

**2. ΜΠΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ**

**3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ**