

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.400€+ΦΠΑ.**

1. Να είναι υψηλής ποιότητας κατάλληλη για ουρολογική χρήση.
2. Να είναι συμβατή με σετ κυστεοσκοπήσεων OLYMPUS.
3. Να έχει οπτικό πεδίο 70 μοιρών, μήκος 282 mm και διάμετρο 4mm.
4. Να διαθέτει ED (Extra-low Dispersion) γυαλί, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλή ανάλυση και αντίθεση.
5. Να διαθέτει γυαλί από ζαφείρι για να μην χαράζεται εύκολα.
6. Να διαθέτει δακτυλίδι απορρόφησης της υγρασίας και δακτυλίδι από αλουμίνιο για άριστη στεγανοποίηση.
7. Να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού (autoclavable).
8. Συνοδεύεται από κυλινδρική θήκη προστασίας κατά την διάρκεια της αποστείρωσης σε ατμό.
9. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04.
10. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο χρόνια εγγύηση.
11. Διαθέτει σύστημα προσανατολισμού ώστε να διευκολύνεται ο ιατρός κατά την επέμβαση
12. Να πληρεί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark), τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας καθώς και Υγιεινής σε θέματα απολύμανσης. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
13. Να κατατεθεί πίνακας συμμόρφωσης.