

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ (ΑΙΧΜΕΣ) ΚΑΙ ΣΤΥΛΟ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ

Αρ. πρωτόκολλου :14364/29-03-2024

- Σκαρφιστήρες πλαστικοί αποστειρωμένη και με αποστειρωμένη βελόνη μιας χρήσης ,με πλαστικό περίβλημα με σύστημα ασφαλείας για την προστασία του χρήστη και την μη επαναχρησιμοποίηση του.
 - όχι οπλή λεπίδα (παλιού τύπου)
 - για την μέτρηση σακχάρου συμβατοί με συσκευές σκαριφισμού ,εύκολα στην χρήση τους .
 - Με προστατευτικό καπάκι της βελόνας (στο τελείωμα)
 - Λεπτό άκρο για λιγότερο επώδυνο τσίμπημα και ομαλή διείσδυση στο δέρμα
 - Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι με λοξότμηση και με λιπαντικό σιλικόνης για λιγότερο πόνο.
 - Η βελόνα να έχει διάμετρο 28G για ανώδυνο τρύπημα .
 - Να διατίθενται σε συσκευασία των 50 τουλάχιστον τεμαχίων, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/1.11.2018 (' Β 4898) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749/14-12-2022 (' Β 6544) κοινή απόφαση.
 - Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με την Εγκύκλιο με Α.Π. 2501 (03-08-2022) της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και να φέρουν Πιστοποίηση CE.
 - Να έχουν κοινοποιηθεί στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και να έχουν λάβει κωδικό ΕΟΦ.
 - Να έχουν κοινοποιηθεί στον ΕΟΠΥΥ και να έχουν λάβει αύλα barcodes προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή τους στο Εδαпу Παροχών του ΕΟΠΥΥ
- Ετήσια ποσότητα~150.000τεμ.~0,008€ + Φ.Π.Α ανά τεμ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.ΣΩΡΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

2. ΜΠΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ