

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες

Κατόπιν προσεκτικής μελέτης των αναρτημένων τεχνικών προδιαγραφών σας για τροχήλατα επειγόντων, σας υποβάλλουμε κατωτέρω τις προτάσεις μας που στόχο έχουν την βελτίωση των προδιαγραφών και την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού.

Προτείνουμε να τροποποιηθεί η απαίτηση « Τροχήλατο επειγόντων, διαστάσεων Υ.90cm – 95cm, Μ 45cm – 50cm, Π. 70cm – 75 cm με ρόδες ανθεκτικές σε μεγάλα βάρη και φρένο σε δύο τουλάχιστον εκ των τεσσάρων τροχών.» σε Να είναι εργονομικής σχεδίασης και άριστης ποιότητας κατασκευής. Ο σκελετός του τροχήλατου να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και τα πλαϊνά και το πίσω μέρος να είναι κατασκευασμένα από τεchnοπολυμερές υλικό με στρογγυλεμένες άκρες. Να διαθέτει μία επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από τεchnοπολυμερές υλικό με υπερυψωμένο γείσο στις τρεις (3) πλευρές της και μία δευτερεύουσα επιφάνεια εργασίας, στο πλάι, κατασκευασμένη, επίσης, από τεchnοπολυμερές υλικό που λειτουργεί με τηλεσκοπικούς οδηγούς και επιτρέπει την πλήρη εξαγωγή της. Να έχει προστατευτικά κατά των προσκρούσεων στις γωνίες και τέσσερις τροχούς \varnothing 125mm., οι δύο εκ των οποίων με φρένο. Οι εξωτερικές του διαστάσεις να είναι (ΜχΠχΥ) : 750x550x1060mm

Επιπλέον, προτείνουμε να τροποποιηθεί η απαίτηση « Να διαθέτει 4 ή 5 συρτάρια με διαχωριστικές θήκες συρταριών και κεντρικό κλείδωμα» σε Να διαθέτει πέντε (5) συρτάρια, διαστάσεων 2x75mm, 2x150mm και 1x300mm, προσθαφαιρούμενα κατασκευασμένα από τεchnοπολυμερές υλικό που λειτουργούν με τηλεσκοπικούς οδηγούς που επιτρέπουν την πλήρη εξαγωγή τους κ μαλακό κλείσιμο. Να διαθέτουν ενσωματωμένες εργονομικές λαβές, θέση για ετικέτες και κεντρικό κλείδωμα. Όλα τα συρτάρια να διαθέτουν διαχωριστικά.

Προτείνουμε την προσθήκη των παρακάτω προδιαγραφών:

«Στο πλάι να διαθέτει εργονομική και αντιτραυματική χειρολαβή μεταφοράς από αλουμίνιο με πλαστικά τελειώματα.»

« Το τροχήλατο να συνοδεύεται με κάδο απορριμμάτων με εργονομικό άνοιγμα χωρίς την χρήση των χεριών για λόγους υγιεινής, ράφι για τοποθέτηση απινιδωτή με προστατευτικό γείσο και ιμάντες, στατώ ορού με ρυθμιζόμενου ύψος και βάση για τοποθέτηση φιάλης οξυγόνου.»

« Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001, Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001.»

«Να συνοδεύεται από εγγύηση δύο (2) ετών και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη»

Τέλος, προτείνουμε την αύξηση της προϋπολογιστικής δαπάνης σε 1600€/τεμάχιο συν ΦΠΑ.

Με εκτίμηση,
Καραγιάννη Δέσποινα.
Τμήμα Πωλήσεων
Ιατρική Μέριμνα & Υγεία Α.Ε