



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Πάτρα :

30/04/2024

Αρ.Πρωτοκ : 20017

ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Πληροφορίες : Ζαφείρη Γκαμπριέλα

Τηλέφωνο : 2610227605

Email : apostirosi@agandreashosp.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Σε συνέχεια της αριθ. **449/27-03-2024** απόφασης Αν. Διοικητή σας καταθέτουμε τις προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό για την προμήθεια βιολογικών δεικτών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιολογικοί δείκτες κατάλληλοι για τον έλεγχο της αποστείρωσης φορτίου σε κύκλους αποστείρωσης κενού σε 121^οC-135^οC και χρόνο επώασης έως 30' λεπτά.

1. Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα έπειτα από την επώαση έως 30' λεπτά.
2. Κατάλληλοι για κύκλους αποστείρωσης με υποβοήθηση κενού σε 121^οC-135^οC.
3. Να φέρει χημικό δείκτη εκτυπωμένο με μελάνι που να αντιδρά στον ατμό ο οποίος να αποκολλάται εύκολα προς διατήρηση ιστορικού.
4. Να υπάρχει σαφής και ορατός διαχωρισμός της λωρίδας των σπόρων με το θρεπτικό υγρό στο εσωτερικό κάθε αμπούλας.

5. Να διαθέτει δωρεάν συνοδό εξοπλισμό (επωαστήρας).
6. Στην συσκευασία του προϊόντος να αναγράφονται :
 - κωδικός και περιγραφή προϊόντος
 - αριθμός παρτίδας
 - βακτηριακό στέλεχος και φορτίο
 - ημερομηνία παραγωγής και λήξης
7. Η συσκευή επωαστήρα για τους βιολογικούς δείκτες να διαθέτει τουλάχιστον 12 θέσεις επώασης.
8. Να έχει την δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων και συναγερμό σε περίπτωση λανθασμένου αποτελέσματος ή λανθασμένης εφαρμογής του βιολογικού δείκτη στον επωαστήρα.
9. Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το EN ISO 13485 βάση κατηγοριοποίησης ΕΛΟΤ.
10. Να διαθέτει συμμόρφωση με το ISO 11138-1-3.
11. **Να διαθέτει εκτυπωτή** για την μακρόχρονη αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων και άμεση ιχνηλασιμότητα καθώς και διασταύρωση του οπτικού αποτελέσματος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8 ΕΥΡΩ /ΤΕΜΑΧΙΟ, 1000 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ : 8.000 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ