



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 27441/18-06-24



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΘΕΜΑ : ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΧΕΤ. : α) Το υπ' αριθμ. πρωτοκ. 23502/24-05-24 έγγραφο του Τμ. Προμηθειών

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και, λαμβάνοντας υπόψιν την απόφαση Δ.Σ της 41^{ης} /2024 τακτικής συνεδρίασης στις 22/05/2024, εισηγούμαστε επικαιροποιημένες προδιαγραφές για την προμήθεια κομοδίων ασθενών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών ως προς την συνολική ποσότητα των κομοδίων και των τμημάτων στα οποία θα διαθετούν.

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική ποσότητα των κομοδίων να είναι πενήντα (50) τεμάχια και να διατεθούν στα τμήματα του νοσοκομείου ως εξής:

- Είκοσι (20) κομοδίνα ασθενών στην Καρδιολογική Κλινική
- Δέκα (10) κομοδίνα ασθενών στην Πλαστική Κλινική
- Είκοσι (20) κομοδίνα ασθενών στην Ορθοπεδική Κλινική

Τεχνική περιγραφή

Το κάθε κομοδίνο ασθενών να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

1. Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
2. Να διαθέτει ανεξάρτητη τροχήλατη τραπεζοτουαλέτα, η οποία να προσαρμόζεται και από τις δύο πλαϊνές πλευρές του κομοδίνου (όχι έμπροσθεν ή όπισθεν του συρταριού – ντουλαπιού). Η τραπεζοτουαλέτα να αποσπάται χωρίς να χρειάζεται η μετακίνηση του κομοδίνου.
3. Να είναι κατασκευασμένο ώστε η τραπεζοτουαλέτα να προσαρμόζεται χωρίς να υπάρχει κίνδυνος ανατροπής των αντικειμένων που βρίσκονται στην άνω επιφάνεια του κομοδίνου. Να διαθέτει διπλό καπάκι με ενδιάμεσο χώρο αποθήκευσης της τραπεζοτουαλέτας προς

2024DIAB28763

αποφυγή πτώσης αντικειμένων που θα βρίσκονται στην άνω επιφάνεια του κομοδίνου κατά την προσαρμογή της τραπεζοτουαλέτας σε αυτό.

4. Να διαθέτει ένα τουλάχιστον συρτάρι με προσθαφαιρούμενη πλαστική θήκη και τηλεσκοπικούς οδηγούς.
5. Να διαθέτει ντουλάπι με πόρτα και προσθαφαιρούμενο εσωτερικό ράφι.
6. Το σώμα, οι άνω και κάτω επιφάνειες, οι προσόψεις και το προσθαφαιρούμενο ράφι του κομοδίνου όπως επίσης και η άνω επιφάνεια της τραπεζοτουαλέτας να είναι από καλουπωτό θερμοπλαστικό. Οι χειρολαβές να είναι τύπου «χούφτα» διαμορφωμένες από το ίδιο θερμοπλαστικό υλικό (χωρίς πρόσθετα βιδωμένα εξαρτήματα). Το πλαστικό να είναι ανθεκτικό στη χάραξη και αντιμικροβιακής σύστασης ιόντων αργύρου. Να κατατεθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποιητικό σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση.
7. Η τραπεζοτουαλέτα να ρυθμίζεται καθ' ύψος μέσω χειροκίνητου μηχανισμού σταθεροποίησης (τύπου button) σε εύρος περίπου 25cm(± 3) και να διαθέτει πνευματικό μηχανισμό υποβοήθησης.
8. Η τραπεζοτουαλέτα να διαθέτει κάλυμμα βάσης από καλουπωτό πλαστικό αντιμικροβιακής σύστασης ιόντων αργύρου. Να κατατεθεί πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση.
9. Το κομοδίνο και η τραπεζοτουαλέτα να διαθέτουν διπλούς πλαστικούς τροχούς διαμέτρου 50mm κατ' ελάχιστον.
10. Οι διαστάσεις του κομοδίνου να είναι περίπου 45 x 45 x 90 cm ($\pm 5\%$).
11. Οι διαστάσεις της επιφάνειας του τραπεζιού να μην ξεπερνούν τα 60 x 35cm (± 5).

Γενικοί όροι

1. Τα είδη να φέρουν σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους φορείς.
2. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. Να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
3. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και ISO 13845. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
4. Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστήριξης – διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

2024DIAB28763

5. Αποστολή προμήθειας εντός εξήντα (60) ημερών από την ανακοίνωση της σύμβασης - ανάληψης εργασιών από το Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Προϋπολογισμός

Κόστος ανά τεμάχιο:	790€ (εφτακόσια ενενήντα ευρώ) συμπ. ΦΠΑ.
Κόστος για το σύνολο της προμήθειας: συμπ. ΦΠΑ	39.500€ (τριάντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ)