

ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση μιας συσκευής θερμοσυγκόλλησης για την Κεντρική Αποστείρωση του Γ.Ν. Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας”

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Συσκευή θερμοσυγκόλλησης φακέλων και ρολών αποστείρωσης.
2. Εξωτερικό περίβλημα εύκολο στον καθαρισμό και την απολύμανση.
3. Η θερμοκρασία συγκόλλησης να ρυθμίζεται κατ' ελάχιστον στο εύρος 100°C έως 200°C
4. Η έναρξη λειτουργίας συγκόλλησης να γίνεται αυτόματα με την τοποθέτηση του υλικού προς σφράγιση.
5. Η ταχύτητα συγκόλλησης να ρυθμίζεται κατ' ελάχιστον στο εύρος 7,2 m/min έως 10m/min.
6. Το εύρος πίεσης να είναι μηχανικά ρυθμιζόμενο κατ' ελάχιστον στο εύρος 40-100N.
7. Το πάχος θερμοσυγκόλλησης να είναι περίπου 15mm.
8. Να διαθέτει σύστημα ταχείας προθέρμανσης στους 180 °C περίπου 3 λεπτά.
9. Να λειτουργεί υπό τάση δικτύου 230V/50Hz. Η μέγιστη κατανάλωσης ισχύος να μην ξεπερνάει τα 850W.
10. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη λειτουργία αναμονής (stand-by) στο ελάχιστο εύρος των 1-60min για εξοικονόμηση ενέργειας έτσι ώστε όταν δεν χρησιμοποιείται να μειώνεται η θερμοκρασία.
11. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 4'' τουλάχιστον.
12. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή και δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό εκτυπωτή ετικετών.
13. Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο του διαθέσιμου πλάτους και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, να προειδοποιείται ο χειριστής από το μηχάνημα.
14. Μέσω της οθόνης να μπορούν να αποθηκευτούν τουλάχιστον 3 προεπιλεγμένες ρυθμίσεις συγκόλλησης συσκευασιών για διάφορες θερμοκρασίες.
15. Να διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση.
16. Να έχει την δυνατότητα σύνδεσής του σε μελλοντικό σύστημα επεξεργασίας αποστειρωμένου υλικού με barcodes που θα διασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα του αποστειρωμένου υλικού.
17. Να αποθηκεύονται δεδομένα των συγκολλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και σε περίπτωση που απαιτηθεί, να μπορεί να γίνει εξαγωγή τους μέσω USB stick.
18. Η διαδικασία θερμοσυγκόλλησης να είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN ISO 11607-2.
19. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Να διαθέτει σήμανση CE.
20. Να είναι κατάλληλη για την θερμοσυγκόλληση φακέλων με και χωρίς πίετα, κατασκευασμένων από πλήθος υλικών σύμφωνα με τα EN 868-3, EN 868-4 και EN 868-5.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την παράδοση του είδους, την τοποθέτηση, την παραμετροποίηση λειτουργίας και την εκπαίδευση του προσωπικού της Κεντρικής Αποστείρωσης στον χώρο του νοσοκομείου.
- Ο Ανάδοχος να παραδώσει στο Τεχνικό Τμήμα, Δελτίο Εργασιών για τις εργασίες παράδοσης του είδους, την τοποθέτηση, την παραμετροποίηση λειτουργίας και την εκπαίδευση του προσωπικού της Κεντρικής Αποστείρωσης, η ημερομηνία του οποίου σηματοδοτεί την έναρξη του χρονικού διαστήματος εγγύησης του μηχανήματος.
- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την απομάκρυνση των άχρηστων υλικών κατά την διαδικασία των εργασιών του στον χώρο.

- Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει ISO 9001 για το αντικείμενο της προμήθειας.
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την επισκευή-συντήρηση του προσφερόμενου είδους, το οποίο να αποδεικνύεται με βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου.
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
- Να παρέχεται εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν στην τεχνική προσφορά τους:

- Εγχειρίδιο προσφερόμενου προϊόντος και κάθε αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να σημειώνεται με την αρίθμηση της τεχνικής περιγραφής η συμφωνία με τα αντίστοιχα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- ISO 9001 του κατασκευαστικού οίκου του προσφερόμενου είδους για το αντικείμενο της προμήθειας.
- Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι η προμηθεύτρια εταιρεία διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την επισκευή-συντήρηση του προσφερόμενου είδους.
- Υπεύθυνη δήλωση παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) ετών και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.
- Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ως υποψήφιος Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου της πρόσκλησης και ότι σε περίπτωση που κριθεί Ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.

Εκτιμώμενο κόστος:

Συνολικό: Επτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00€) συμπ. ΦΠΑ